



**NOVUM-MED Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 26
89-410 Więcbork**

Ozn. postępowania: N-M.ZP/D/1/2021

**Dostawa ambulansu typu B na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o.o.
w Więcborku**

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Więcbork, dn. 11.05.2021 rok

**Prezes Zarządu
NOVUM-MED Sp. z o.o.**

**Maria Kiełbasińska
/podpis na oryginale/**

CZĘŚĆ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. **NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku**
2. Adres: 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 26
3. Telefon: **(52) 38 96 231** Fax: **(52) 38 97 263**
4. e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
5. Adres internetowy: www.bip.szpital-wiecbork.pl
6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://szpital-wiecbork.pl/>
7. Godziny urzędowania: **7:30– 15:00**
8. Konto bankowe: BGK 31 1130 1075 0002 6158 7320 0001
9. Numer NIP: **504-000-89-67** Numer REGON: **093213663**
10. Adres skrzynki ePUAP: [/novum_med/SkrytkaESP](#)

CZĘŚĆ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, tj. zgodny z załącznikiem nr 2.1 do 2.7 do SWZ, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 - 1) Główny przedmiot:
CPV 34114121-3
 - 2) Dodatkowe przedmioty:
CPV 33100000-1
4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2.1 do 2.7 do SWZ.
5. W nawiązaniu do art. 100 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty obowiązywania umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

CZĘŚĆ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wyklucza się Wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W zakresie podstaw wykluczenia zastosowanie znajdują również odpowiednie zapisy art. 110 oraz art. 111 ustawy.

CZĘŚĆ VI – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 - b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 - d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

CZĘŚĆ VII – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w ust. 1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (o ile są one wymagane przez Zamawiającego).
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa ust. 1 niniejszej części, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
5. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
 - 1) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
7. Postanowienia, o którym mowa w ust. 6 nie stosuje się, jeżeli oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy:
 - 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415);
 - 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 2452).

CZĘŚĆ VIII - INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 - 1) W sprawach merytorycznych:
Sławomir Jaskulski, tel. 0-52 3896 249 lub 664 995 200
 - 2) W sprawach formalnych:
Michał Kryszewski, tel. +48 789 405 015
Adam Gackowski
 - 3) Adres poczty elektronicznej e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-wiecbork.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* oraz do *Formularza do komunikacji*.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w *Regulaminie korzystania z miniPortal* oraz *Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)*.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* oraz do *Formularza do komunikacji* wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: [/novum_med/SkrytkaESP](#)
8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w części XI SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: *Formularz do komunikacji* dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamowieniapubliczne@szpital-wiecbork.pl.
11. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamowieniapubliczne@szpital-wiecbork.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
12. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.
15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuży termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.
16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

CZĘŚĆ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

CZĘŚĆ X – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **19.06.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

CZĘŚĆ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „*Instrukcji użytkownika*”, dostępną na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „*Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa*” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
7. Zamawiający informuje, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w części VII ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w *Instrukcji użytkownika* dostępnej na miniPortalu.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Ofertę stanowi wypełniony druk *Formularza oferty* który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca wypełnia i załącza do *Formularza oferty*, jako jego integralną część załącznik 2.1 do 2.7 do SWZ – *wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe stanowiący potwierdzenie spełnienia szczegółowego opisu wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia*.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w *Formularzu oferty* (w miejscu do tego przeznaczonym), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak wskazania części zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
14. W przypadku załącznika nr 2.1 do 2.7 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego opisanych w kolumnie „2” poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „4”.

Ponadto we wskazanych miejscach tego załącznika Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, typ lub model, producenta oferowanego przedmiotu zamówienia oraz inne dane dotyczące przedmiotu zamówienia.
15. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 części VII SWZ.
16. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje odpowiednio Wykonawca,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 16, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
 18. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 15, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
 19. Przepis ust. 18 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 20. Przepisy ust. 16–18 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
 21. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje mocodawca lub notariusz.
 22. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

CZĘŚĆ XII – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w *Instrukcji użytkownika*, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
2. **Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2021. r. o godz. 10:00**
3. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.05.2021 r. o godz. 12:00.**
6. Otwarcie ofert następuje za pomocą strony <https://miniPortal.uzp.gov.pl> poprzez odszyfrowanie ofert w menu „Deszyfrowanie” i wybranie pliku do odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje do którego postępowania zaszyfrowana została oferta i ją

odszyfruje.

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert.

CZĘŚĆ XIII - SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacom przy podpisaniu Umowy.
2. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo, a następnie słownie), ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
3. Wykonawca składając ofertę określi w *Formularzu oferty* cenę oferty.
4. Cena oferty (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą) ma zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy.
6. Cenę oferty oraz pozostałe wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Kwoty zaokrąglą się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrąglą się do 1 grosza.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

CZĘŚĆ XIV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

cena – 60%

termin gwarancji – 40%

2. Oferty będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób:

- 1) Kryterium **cena (C)** – 60%:

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{of.}} \times 60\% \times 100$$

gdzie:

C - wartość punktowa badanej oferty za kryterium *cena*,

C min - oferowana najniższa cena spośród badanych ofert,

C of. - cena oferty badanej.

Zamawiający informuje, że wartość punktowa badanej oferty (C) za kryterium cena zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

- 2) Kryterium **termin gwarancji (G)** – 40%:

Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu gwarancji liczonego od dnia podpisania protokołu, otrzyma następującą liczbę punktów (maksymalnie 40 punktów):

Lp.	Parametr oceniany	Punktacja
1	2	3
1	Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu kilometrów (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 15 pkt
2	Gwarancja na powłoki lakiernicze (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt
3	Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia (minimum 120 miesięcy)	120 miesięcy – 0 pkt. 132 miesiące – 2 pkt

4	Gwarancja na przedział medyczny, tj. zabudowę medyczną, w tym lawetę (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 6 pkt
5	Gwarancja na Nosze główne rozłączne wraz z transporterem (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt
6	Gwarancja na Krzesiło kardiologiczne (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt
7	Gwarancja na Defibrylator (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt
8	Gwarancja na Respirator transportowy (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt
9	Gwarancja na Ssak przenośny (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt
10	Gwarancja na System do unieruchamiania dziecka na noszach (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za kryterium termin gwarancji: 40 punktów

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert, obliczona wg wzoru:

$$O = C + G$$

gdzie:

O - ostateczna wartość punktowa badanej oferty,

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „cena”,

G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „termin gwarancji”,

4. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami SWZ.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ostateczną

wartość punktową „O” z zastrzeżeniem treści ust. 5-8 powyżej.

CZĘŚĆ XV - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
3. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu przez zawarciem umowy.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

CZĘŚĆ XVI - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

CZĘŚĆ XVII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Zamawiający zawrze umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

CZĘŚĆ XVIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,

systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

CZĘŚĆ XIX - OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEWDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

UZASADNIENIE:

Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalną całość. Jest to 1 sztuka karetki (ambulansu) wraz z wyposażeniem niezbędnym do ratowania zdrowia i życia pacjentów szpitala. Wyposażenie ambulansu stanowić będzie element składowy pojazdu niezbędnym i nie będzie wykorzystywane poza karetką. Zamówienie jest zamówieniem o nieznacnej wartości (poniżej progów unijnych) i jest kierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy.

CZĘŚĆ XX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

CZĘŚĆ XXI – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NOVUM-MED. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork;

- 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Kiestrzym-Kobus, tel. 692 750 790, e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl ;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2. Informacje dodatkowe:

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- 1) zgodnie z pkt. 8 a) powyżej przypadku, w którym chcieliby Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 – 3 RODO możecie zostać Państwo poproszeni o wskazanie dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, lub daty zakończenia takiego postępowania;
- 2) zgodnie z pkt. 8 c) powyżej żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

CZĘŚĆ XXII - ZAŁĄCZNIKI

1. *Formularz oferty* – załącznik nr 1 do SWZ;
2. *Wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe* - załącznik nr 2.1 do 2.7 do SWZ;
3. *Identyfikator postępowania* - załącznik nr 3 do SWZ;
4. *Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania* - załącznik nr 4 do SWZ;
5. *Wzór Umowy* - załącznik nr 5 do SWZ.

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

Pełna Nazwa Wykonawcy	
Adres, siedziba	
Adres do korespondencji	
REGON	
NIP	
KRS/CEIDG	
Nr telefonu	
e-mail	
Skrzynka ePUAP	
Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów	

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Nazwa postępowania	Dostawa ambulansu typu B na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
Znak sprawy	N-M.ZP/D/1/2021

dla NOVUM-MED SP. z o.o., składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

1)	<p>Cena oferty:zł</p> <p>słownie:.....złotych</p> <p>(w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości)</p> <p><i>Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).³</i></p> <p>– nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego.....</p>
-----------	--

³ Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku.....
- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.....

2) Termin gwarancji: liczony od dnia podpisania protokołu wynosi:

Lp.	Parametr oceniany	Punktacja	Parametr zaoferowany
1	2	3	4
1	Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu kilometrów (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 15 pkt miesiące/cy
2	Gwarancja na powłoki lakiernicze (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt miesiące/cy
3	Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia (minimum 120 miesięcy)	120 miesięcy – 0 pkt. 132 miesiące – 2 pkt miesiące/cy
4	Gwarancja na przedział medyczny, tj. zabudowę medyczną, w tym lawetę (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 6 pkt miesiące/cy
5	Gwarancja na Nosze główne rozłączne wraz z transporterem (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt miesiące/cy
6	Gwarancja na Krzeselko kardiologiczne (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt miesiące/cy
7	Gwarancja na Defibrylator (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt miesiące/cy
8	Gwarancja na Respirator transportowy (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt miesiące/cy
9	Gwarancja na Ssak przenośny (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt miesiące/cy
10	Gwarancja na System do unieruchamiania dziecka na noszach (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt miesiące/cy

(W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę liczby miesięcy gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zostaje zaoferowany minimalny, określony przez Zamawiającego w treści SWZ, termin gwarancji.)

3)	Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ (w tym w załączniku nr 5 do SWZ – wzór Umowy).
-----------	--

2. Jednocześnie oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- 2) Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ.
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 2 do SWZ.
- 5) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone zapisami SWZ.
- 6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
- 7) Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 8) Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom⁴:

Lp.	Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę	Firma (nazwa) podwykonawcy

- 9) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁶
- 10) Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić poniższe dane):
	<input type="checkbox"/> Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

⁴ należy wypełnić jeżeli dotyczy

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

	<input type="checkbox"/> Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
	<input type="checkbox"/> Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

11) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- a)
- b)
- c)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

AMBULANS SANITARNY TYPU B - 1 kpl.

Producent, miejsce produkcji:			
Marka typ, model		Rok produkcji:	
Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego			

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
I.	NADWOZIE		
1.	Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym	TAK	
2.	Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg	TAK	
3.	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą.	TAK	
4.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy,	TAK	
5.	Oświetlenie pomocnicze	TAK	
6.	Fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją w 3 płaszczyznach oraz elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego	TAK	
7.	Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego	TAK	

8.	W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)	TAK	
9.	Furgon - lakier w kolorze żółtym	TAK	
10.	Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.	TAK	
11.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m	TAK	
12.	Długość przedziału medycznego min. 3,25 m	TAK	
13.	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m	TAK	
14.	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi oraz kieszenie	TAK	
15.	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą.	TAK	
16.	Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy.	TAK	
17.	Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.	TAK	
18.	Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m.	TAK	
19.	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu z dwoma pilotami.	TAK	
20.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby.	TAK	
21.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwany wyposażony w: - zamocowane butle tlenowe o poj. 10 l – 2 szt. - mocowanie krzeselka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzeselka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, - KED - mocowanie do szyn Kramera	TAK	
22.	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę dla kierowcy i pasażera,	TAK	
23.	Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem.	TAK	
24.	Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową.	TAK	

25.	Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.	TAK	
26.	Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności.	TAK	
27.	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.	TAK	
28.	Mocowanie systemu SWD w kabinie kierowcy ze stałym połączeniem z drukarką w przedziale medycznym, stacja dokująca oraz moduł GPS	TAK	
29.	Przednie światła pojazdu bazowego (dienne, mijania, drogowe)	TAK	
30.	Przednie reflektory przeciwmgielne.	TAK	
31.	Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l.	TAK	
32.	Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach	TAK	
33.	Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową.	TAK	
34.	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy przekątna min 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Sterowanie klimatyzacją oraz ogrzewaniem przedziału medycznego Informujący o stanie naładowania akumulatorów	TAK	
II.	SILNIK		
35.	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.	TAK	
36.	Silnik o pojemności min. 1950 cm ³ .	TAK	
37.	Silnik o mocy min. 175 KM.	TAK	
38.	Moment obrotowy min. 380 Nm	TAK	
39.	Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie	TAK	
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU		
40.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana.	TAK	
41.	Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.	TAK	
42.	Napęd na koła przednie.	TAK	
IV.	UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA		
43.	Układ hamulcowy ze wspomaganiami, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.	TAK	
44.	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny.	TAK	

45.	Elektroniczny korektor siły hamowania.	TAK	
46.	Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania.	TAK	
47.	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane.	TAK	
48.	System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu.	TAK	
49.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny.	TAK	
50.	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy	TAK	
V.	ZAWIESZENIE		
51.	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią.	TAK	
52.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.	TAK	
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY		
53.	Ze wspomaganie	TAK	
54.	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	TAK	
VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA		
55.	Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V.	TAK	
56.	Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.	TAK	
57.	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna.	TAK	
58.	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego.	TAK	
59.	Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego	TAK	
60.	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. Rozprowadzenie równomierne powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów	TAK	

	chłodnego powietrza, dwa w przedniej dwa w środkowej oraz dwa w tylnej części dachu przedziału medycznego.		
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
61.	Zespół dwóch fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.	TAK	
62.	Akumulator zasilający przedział medyczny z przełącznikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu.	TAK	
63.	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A.	TAK	
64.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich	TAK	
65.	Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min 10m.	TAK	
66.	Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V	TAK	
67.	Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki.	TAK	
68.	Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury.	TAK	
69.	System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w : a) wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, b) funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, c) funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, d) funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny,	TAK	

	<p>e) funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,</p> <p>f) funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwanych oraz drzwi tylnych,</p> <p>g) funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego,</p> <p>h) zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie,</p> <p>i) funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie min. od 15 do 26 st.,</p> <p>j) funkcję sterowania wentylatorem,</p> <p>k) funkcję sterowania termoboxem,</p> <p>l) funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze,</p> <p>m) funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu.</p> <p>Podać markę załączyć folder</p>		
IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE		
70.	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych	TAK	
71.	Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlenia przedpoła za ambulansem oraz światła kierunkowskazów	TAK	
72.	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.	TAK	
73.	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi.	TAK	
74.	Dodatkowe sygnały pneumatyczne	TAK	
75.	Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego.	TAK	
76.	Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę.	TAK	

77.	<p>Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r.:</p> <p>Ambulans oznakowany przez umieszczenie na specjalistycznym środku transportu sanitarnego koloru żółtego:</p> <p>1) wzoru graficznego systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm;</p> <p>2) nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;</p> <p>3) po obu bokach pojazdu nadruku barwy czerwonej:</p> <p>„P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, – w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm;</p> <p>4) trzech pasów odblaskowych:</p> <p>a) typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami,</p> <p>b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół dachu,</p> <p>c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. a;</p> <p>5) nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu..</p> <p>6/ oznakowanie ambulansu na bokach i na dachu numerem kodu C02 54</p>	TAK	
X.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO		
78.	<p>Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:</p> <p>1) światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne),</p> <p>2) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwanych do przedziału medycznego.</p> <p>3) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.),</p> <p>4) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym</p>	TAK	
XI.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE		

79.	Pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia wyszczególnione w normie PN-EN 1789 lub równoważnej w tabelach dla ambulansu typ B.	TAK	
79.1.	<p>1). Zabudowa specjalna na ścianie działowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w szuflady, - mocowanie do pojemnika na zużyte igły, - mocowanie (podstawa) do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer (będącej w posiadaniu zamawiającego) funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierania drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy, plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - miejsce i mocowanie na butlę tlenu o poj. 2 litrów będącej w posiadaniu Zamawiającego - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jako bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, 	TAK	
79.2.	<p>2). Zabudowa specjalna na ścianie prawej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, - jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, - uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, - przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub włączniki sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu. - szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w schowek z zamontowaną lodówką. 	TAK	

79.3.	<p>3.) Zabudowa specjalna na ścianie lewej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz - na wysokości głowy pacjenta zamocowany respirator transportowy (załącznik nr 12 do SIWZ), zakupiony przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu umożliwiającym korzystanie w czasie jazdy, - zamocowany ssak medyczny transportowy (załącznik nr 13 do SIWZ), zakupiony przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, umożliwiającym korzystanie w czasie, - miejsce i mocowanie do pompy infuzyjnej typu Medima (będącego w posiadaniu Zamawiającego) umożliwiające korzystanie w czasie jazdy, - zamocowany defibrylator (załącznik nr 11 do SIWZ) wraz z ładowarką zakupionego przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu umożliwiającym korzystanie w czasie jazdy - szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, - system szyn mocujących, umożliwiającym bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych - szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażonymi w roletę umożliwiającą przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego. 	TAK	
80.	Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie.	TAK	
81.	Miejsce i zamocowanie koszy na odpady medyczne i komunalne (2 szt.)	TAK	
82.	Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.	TAK	
83.	<p>Centralna instalacja tlenowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu, - instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., 	TAK	
84.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.	TAK	
85.	Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu.	TAK	

86.	Platforma (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm,	TAK	
87.	Ambulans wyposażony w platformę (do mocowania noszy)	TAK	
88.	Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego	TAK	
89.	Zamawiający żąda wszelką dokumentację w języku polskim (deklaracja zgodności, folder, instrukcja obsługi itp.) – dostarczyć wraz z dostawą.	TAK	
90.	Dokument potwierdzający spełnienie wymogów, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1789+A2:2015 lub równoważnej należy dostarczyć wraz z ambulansem,	TAK	
XII.	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA		
91.	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu.	TAK	
92.	Wyprowadzenie instalacji i podłączenie radiotelefonu przekazanego przez Zamawiającego do Wykonawcy na maksymalnie na 7 dni przed dostarczeniem ambulansu do siedziby Zamawiającego.	TAK	
93.	Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach :	TAK	
	a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz,	TAK	
	b) impedancja wejścia 50 Ohm,	TAK	
	c) współczynnik fali stojącej 1,6,	TAK	
	d) charakterystyka promieniowania dookólna.	TAK	
94.	Podłączenie systemu GPS i przełożenie karty SIM pozwalające na użytkowanie bez dodatkowych prac przez Zamawiającego	TAK	
XIII.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU		
95.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.	TAK	
96.	Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym	TAK	
97.	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED,	TAK	
98.	Pokrowce na fotele kierowcy i pasażera	TAK	
99.	Dwa trójkąty ostrzegawcze	TAK	
100.	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy,	TAK	

101.	Pełnowymiarowe koło zapasowe i zestaw naprawczy.	TAK	
102.	Komplet opon zimowych – 4 szt.	TAK	
103.	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu „rezerwy”	TAK	
104.	Ambulans dostarczony na oponach letnich	TAK	
105.	Kamera cofania - kolor	TAK	
106.	Nosze do ambulansu z transporterem i materacem – kompatybilne z podstawami zamontowanymi w ambulansach użytkowanych w NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku – nowe (załącznik nr 2.2)	TAK	
107.	Krzeselko kardiologiczne pełnym wyposażeniem i systemem płozowym nowe (załącznik nr 2.3)	TAK	
108.	Defibrylator – nowy (załącznik nr 2.4)	TAK	
109.	Respirator – nowy (załącznik nr 2.5)	TAK	
110.	Ssak transportowy – nowy (załącznik nr 2.6)	TAK	
111.	System do unieruchamiania dziecka na noszach – nowy (załącznik nr 2.7)		
112.	Uchwyt mocujący trzy pudełka na rękawice jednorazowe	TAK	
113.	Zamontowany stopień elektryczny, automatycznie wysuwany przy bocznych drzwiach prawych do przedziału medycznego	TAK	
114.	Zamawiający wymaga zabudowy medycznej zgodnej z homologacją ambulansu oraz zgodnej z badaniami przeciążeniowym wg aktualnie obowiązującej normy PNEN 1789 lub równoważnej	TAK	
XIV.	SERWIS		
115.	Serwis nieodpłatny pojazdu bazowego realizowany w okresie gwarancji, w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu. Wykaz ASO dostarczony wraz z dostawą.	TAK	
116.	Serwis nieodpłatny zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji.	TAK	

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „4”

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

Nosze główne rozłączne wraz z transporterem – 1 kpl.

Producent, miejsce produkcji:			
Nazwa, typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	<i>Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia</i>	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1	Nosze fabrycznie nowe rok produkcji min 2020	TAK	
2	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją	TAK	
3	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha	TAK	
4	Przystosowane do prowadzenia reanimacji	TAK	
5	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75°	TAK	
6	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak do pozycji leżącej	TAK	
7	Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiające ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście	TAK	
8	Z zestawem pasów bezwładnościowych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy	TAK	

9	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiające ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące	TAK	
10	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi o konstrukcji pozwalającej na składanie i rozkładanie jedną ręką	TAK	
11	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy	TAK	
12	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy	TAK	
13	Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze	TAK	
14	Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia)	TAK	
15	Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne	TAK	
16	Waga noszy max 23 kg	TAK	
17	Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy	TAK	
18	Dodatkowy zestaw pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci	TAK	
19	Nosze przystosowane do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie parametru w instrukcji obsługi)	TAK	
20	Obciążenie dopuszczalne min 225 kg	TAK	
Transporter noszy głównych			
21	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu	TAK	

	noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę		
22	Szybki i łatwy system połączenia z noszami	TAK	
23	Regulacja wysokości w min 6 poziomach	TAK	
24	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min trzech poziomach pochylecia	TAK	
25	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy	TAK	
26	Wyposażony w min 4 główne jezdne kółka obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min. 150 mm	TAK	
27	Wszystkie kółka jezdne obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min 150 mm i szerokości 50 mm na pełnej feldze	TAK	
28	Min 2 kółka wyposażone w hamulce	TAK	
29	Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera	TAK	
30	4 główne uchwyty transportera	TAK	
31	Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania regulacji wysokości goleni	TAK	
32	Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia)	TAK	
33	Przyciski blokady goleni kodowane kolorami	TAK	
34	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera	TAK	
35	Wykonany z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją	TAK	

36	Obciążenie dopuszczalne transportera min 225 kg	TAK	
37	Transporter przystosowany do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie parametru w instrukcji obsługi)	TAK	
38	Waga transportera max 28 kg. Zamawiający dopuszcza wyższą wagę transportera do max 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1865-1:2010+A1:2015 lub normy EN 1865-1:2010 lub równoważnej pod warunkiem, że jednostka badawcza przyznała uprzednio producentowi certyfikat wg. wymagań normy 1865-1:2010 i ten certyfikat jest nadal aktualny lub innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1865-1:2010+A1:2015 lub równoważnej. Spełnienie normy poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - dostarczyć przy dostawie	TAK	
39	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 lub równoważnej	TAK	
40	Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz dostawą.	TAK	
Informacje dodatkowe			
41	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
42	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
43	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	

44	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
45	Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
46	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji	TAK	
47	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
48	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
49	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
50	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „4”

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

Krzesełko kardiologiczne – 1 kpl.

Producent, miejsce produkcji:			
Nazwa, typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1	Rok produkcji min 2020	TAK	
2	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją	TAK	
3	Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach	TAK	
4	Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję	TAK	
5	Możliwość złożenia do transportu w ambulansie	TAK	
6	Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min 3 pozycjach	TAK	
7	Wyposażone 4 koła o szerokości min. 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360°	TAK	
8	Średnica tylnych kół min 120 mm	TAK	
9	Średnica przednich kół min 100 mm	TAK	
10	Min 2 hamulce na tylnych kołach	TAK	
11	Uchylnie ręczki tylne, blokowane	TAK	
12	Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min 2 pozycjach	TAK	

13	Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka $\geq 30^\circ$	TAK	
14	Rozstaw zewnętrzny płóz ≥ 37 cm	TAK	
15	Stabilizator głowy pacjenta	TAK	
16	Podnózek na stopy pacjenta	TAK	
17	Min 3 pasy poprzeczne	TAK	
18	Waga krzeselka z system płozowym max 15 kg	TAK	
19	Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max 20 cm	TAK	
20	Udźwig min 220 kg	TAK	
21	Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi)	TAK	
Informacje dodatkowe			
22	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
23	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
24	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
25	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
26	Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
27	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji	TAK	
28	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu	TAK	

	oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.		
29	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
30	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
31	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „4”

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

Defibrylator – 1 kpl.

Producent, miejsce produkcji:			
Nazwa, typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1	Defibrylator przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym	TAK	
2	Rok produkcji min 2020	TAK	
3	Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci	TAK	
4	Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V Zamawiający żąda ładowarki dwustanowiskowej	TAK	
5	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J	TAK	
6	Ciężar defibrylatora w kg max. 12kg	TAK	
7	Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia, potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku.	Tak	
8	Klasa ochronności IP min. 43	TAK	
9	Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna	TAK	

10	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED	TAK	
11	Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.	TAK	
12	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J	TAK	
13	Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20.	TAK	
14	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta	TAK	
15	Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięcej/neonatologicznej	TAK	
16	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardej bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniającej normę PN-EN 1789.	TAK	
17	Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych	TAK	
18	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie	TAK	
19	Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę	TAK	
20	Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA	TAK	
21	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG – w zestawie dwa komplety przewodów	TAK	
22	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta	TAK	
23	Alarmy częstości akcji serca	TAK	

24	Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min	TAK	
25	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia.	TAK	
26	Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie	TAK	
27	Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”.	TAK	
28	Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm.	TAK	
29	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych	TAK	
30	Transmisja danych przez zewnętrzny modem dostarczony przez zamawiającego	TAK	
31	Pomiar SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dla dzieci	TAK	
32	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych i dla dzieci	TAK	
33	Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020	TAK	
34	Nie dopuszcza się urządzeń modułowych	TAK	
Informacje dodatkowe			
35	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
36	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
37	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
38	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
39	Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w	TAK	

	sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia		
40	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji	TAK	
41	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
42	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
43	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
44	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „4”

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

Respirator transportowy – 1 kpl.

Producent, miejsce produkcji:			
Nazwa, typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1	Respirator transportowy fabrycznie nowy, Rok produkcji min 2020	TAK	
2	Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu ambulansem	TAK	
3	Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne, na działanie wody	TAK	
4	Możliwość pracy w zakresie temperatur min.: -18 do + 60o C	TAK	
5	Zasilanie, sterowanie pracą oraz alarmami - pneumatyczno bateryjne z przenośnego i stacjonarnego źródła sprężonego tlenu.	TAK	
6	Waga max. samego urządzenia – do 1,5 kg	Tak	
7	Tryby wentylacji IPPV/CMV	TAK	
8	Niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej	TAK	
9	Respirator umożliwiający wentylację pacjentów od ok. 10 kg masy ciała.	TAK	
10	Płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta	TAK	
11	Stały przepływ: min. 3 – 20 l/min	TAK,	
12	Regulacja częstości oddechów z zakresie nie mniejszym niż 5 – 40 oddechów/min	TAK	
13	Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 75 - 4000 ml	TAK	
14	Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający	TAK	

	zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika		
15	Detekcja oddechu spontanicznego	TAK	
16	Zastawka nadciśnienia regulowana w zakresach min. 0 – 20 mbar	TAK	
17	Alarmy: - wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego - rozładowania baterii	TAK	
18	Wyposażenie: - silikonowy przewód pacjenta (oddechowy) jednorazowego użytku (5 szt. – podać nazwę i producenta) - przewód zasilający min. 180cm, do tlenu z szybkozłączem typu AGA - Butla aluminiowa tlenowa o poj. 2,7 l - reduktor z przepływomierzem 0 – 25 l/min. - zastawka PEEP - adapter zastawki PEEP - filtry oddechowe 4 szt. - torba transportowa na zestaw tlenowy oraz respirator wraz z akcesoriami. Torba z uchwytami do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz wyposażona w uchwyty do zawieszania na noszach transportowych.	TAK	
19	Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789 lub równoważnej	TAK	
Informacje dodatkowe			
20	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
21	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
22	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
23	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	

24	Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
25	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji	TAK	
26	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
27	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
28	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
29	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „4”

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

Ssak przenośny – 1 kpl.

Producent, miejsce produkcji:			
Nazwa, typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Ssak przenośny fabrycznie nowy Rok produkcji min 2020	TAK	
2.	Zasilanie akumulatorowo-sieciowe	TAK	
3.	Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia	TAK	
4.	Możliwość pracy w zakresie temperatur min.: -5 do + 50o C	TAK	
5.	Zasilany 12V i 230V	TAK	
6.	Ciężar kompletnego ssaka do 4,8 kg;	Tak	
7.	Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności	TAK	
8.	Kontrola siły ssania poprzez regulację klawiszem w zakresie 0,1-0,8 bar	TAK	
9.	Podświetlany panel kontrolny ssaka umożliwiający pracę w warunkach ograniczonej widoczności	TAK	
10.	Pełna informacja o stanie naładowania baterii	TAK	
11.	Temperatura przechowywania od - 40 do 70° C;	TAK	
12.	Czas pracy 60 min	TAK	
13.	Przepływ ssaka wynosi 34l/min z tolerancją do +/- 4l	TAK	
14.	Żywotność akumulatora wynosi ok 500 cykli, ładowanie akumulatora do 10% wynosi 4h, natomiast ładowanie do 80% wynosi 2h 40 min	TAK	

15.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia	TAK	
16.	Manometr podciśnienia	TAK	
17.	Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka	TAK	
18.	Pojemnik wielorazowy o pojemności 1l do sterylizacji, zamontowany jest w koszyku zabezpieczającym przed jego ewentualnym uszkodzeniem;	TAK	
19.	Wyposażenie: - ssak - wielorazowy pojemnik do sterylizacji, - przewód ssący - przewód zasilający 12V - płyta ścienna	TAK	
20.	Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789 lub równoważnej	TAK	
Informacje dodatkowe			
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
22.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
23.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
24.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
25.	Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
26.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca	TAK	

	wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji		
27.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
28.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
29.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
30.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „4”

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

System do unieruchamiania dziecka na noszach – 1 kpl.

Producent, miejsce produkcji:			
Nazwa, typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	System 4 pasów zabezpieczających o regulowanej długości, czteropunktowy zamek łączący pasy	TAK	
2.	Rok produkcji min 2020	TAK	
3.	Przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci	TAK	
4.	Zapewniający optymalne bezpieczeństwo podczas transportu przy użyciu standardowych noszy, możliwy do zastosowania na fotelu	TAK	
5.	Prosty w obsłudze, zapewnia szybkie mocowanie do noszy lub fotela oraz szybki dostęp do pacjenta – wyposażony w szybko-złącza	TAK	
6.	Opakowanie transportowe	TAK	
7.	Możliwość uzupełnienia zestawu o dziecięcy materac próżniowy (opcja dodatkowa)	TAK	
Informacje dodatkowe			
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
9.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
10.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	

11.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
12.	Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
13.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji	TAK	
14.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
15.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
16.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
17.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „4”

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA NA MINIPORTALU

c7e2bde1-205c-42c5-afb4-8949cb57a5d1

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....

Adres

REGON

NIP

KRS/CEIDG

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.****Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa))**

Dotyczy postępowania pn:

Nazwa postępowania	Dostawa ambulansu typu B na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
Znak sprawy	N-M.ZP/D/1/2021

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

WZÓR UMOWY

UMOWA NR ../D/2021/.. (WZÓR)

w dniu 2021 r w Więcborku pomiędzy:

NOVUM – MED Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220302

NIP 504-000-89-67 REGON 093213663

reprezentowaną przez:

Prezes Zarządu – mgr Marię Kiełbasińską

zwaną dalej „**Zamawiającym** „

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**, została zawarta umowa następującej treści:

w rezultacie dokonania przez *Zamawiającego* wyboru oferty, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na **zakup ambulansu typu B na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku sprawa Nr N-M.ZP/D/1/2021**, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem zgodnie z Formularzem Ofertowym i Formularzem Parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, będącym integralną częścią umowy zwanych w dalszej treści umowy „przedmiotem zamówienia” lub „towarem”.

§ 2

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilość przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 1 niniejszej umowy.
2. Wartość brutto umowy wynosi:
..... zł. (słownie złotych: 00/100)
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot dostawy wraz z wymaganymi dokumentami, uruchomi i sprawdzi poprawność działania przedmiotu dostawy oraz przeprowadzi szkolenia.
4. Ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy..

§ 3

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej co najmniej 10 dni przed proponowanym terminem dostawy.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonawca wraz z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy prześle Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - 1) kartę gwarancyjną pojazdu,
 - 2) karty gwarancyjne wyposażenia pojazdu i aparatury medycznej/sprzętu medycznego,
 - 3) książkę serwisową pojazdu,
 - 4) książkę gwarancyjną przedziału medycznego,
 - 5) paszporty techniczne aparatury medycznej/sprzętu medycznego dla asortymentu dla którego wystawia się paszport techniczny,
 - 6) instrukcję obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim,
 - 7) instrukcję obsługi aparatury medycznej/sprzętu medycznego w języku polskim,
 - 8) dokumenty potrzebne do rejestracji ambulansu (pojazdu skompletowanego) w szczególności:
 - karta pojazdu
 - świadectwo homologacji dla oferowanego skompletowanego ambulansu (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) w rozumieniu art. 2 pkt. 71-74 ustawy z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z późn. zm.), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475),
 - 9) dokumenty potrzebne do kontraktowania ambulansu w NFZ w szczególności: certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające zgodność oferowanego ambulansu z aktualnymi wersjami norm: PN-EN 1789 lub ją zastępującą dla pojazdu lub równoważną oraz PN-EN 1865 lub ją zastępującą dla sprzętu do transportowania pacjenta - nosze i transporter noszy lub równoważną
 - 10) Schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego oraz wyposażenia dodatkowego dołączony w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym
 - 11) Inne dokumenty wymienione w SWZ.
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości

§ 4

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest (tel. nr) lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Sławomir Jaskulski tel. 664 995 200 lub osoba zastępująca.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności, o której mowa w § 2 ust. 2 w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 do Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, nie wcześniej niż po otrzymaniu dotacji celowej od Ministra Zdrowia.
2. Za zapłatę strony przyjmują uznanie rachunku bankowego Wykonawcy lub rachunku bankowego podmiotu finansującego niniejsze zamówienie, który wskaże Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§ 6

1. Wykonawca na przedmiot dostawy udziela Zamawiającemu gwarancji.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów prawa, jak też uzyskał wszelkie aprobaty, zgody itp. wynikające z przepisów prawa, odpowiada poziomowi technicznemu wymaganemu przez Zamawiającego w postępowaniu w wyniku, którego Umowa zostaje zawarta, jest całkowicie fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny i sprawny oraz gotowy do użytku z przeznaczeniem.
3. Okres gwarancji przedmiotu dostawy liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i wynosi:
 - 1) gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy wynosi miesiące bez limitu kilometrów,
 - 2) na powłoki lakiernicze miesiące,
 - 3) na perforację korozyjną elementów nadwozia miesięcy,
 - 4) na przedział medyczny, tj. zabudowę medyczną, w tym lawetę..... miesiące,;
 - 5) pozostałe wyposażenie, 24 miesiące
 - 6) aparatura medyczna:
 - a) Nosze główne rozłączne wraz z transporterem miesiące,
 - b) Krzesiło kardiologiczne miesiące,
 - c) Defibrylator miesiące,
 - d) Respirator transportowy miesiące,
 - e) Ssak przenośny miesiące,
 - f) System do unieruchamiania dziecka na noszach miesiące.
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej przedmiotu dostawy. Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego prowadzony będzie przez ASO z siedzibą w ul.tel./fax nr
6. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na numer faksu lub adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.
7. Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez niego w okresie gwarancyjnym wady, usterki usuwane były niezwłocznie tzn.

- a) dla przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety oraz pozostałego wyposażenia /aparatury medycznej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady faksem lub pocztą elektroniczną, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą samą drogą. W przypadku konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza siedzibą Zamawiającego maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od momentu zdiagnozowania wady chyba, że strony ustalą inaczej.
- b) dla pojazdu bazowego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady faksem lub pocztą elektroniczną, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą samą drogą. W przypadku konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza siedzibą Zamawiającego maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od momentu zdiagnozowania wady chyba, że strony ustalą inaczej.
8. Czas rozpoczęcia naprawy w przypadku przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, pozostałego wyposażenia, aparatury medycznej przez serwis gwarancyjny wynosi maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zgłoszenia do serwisu Wykonawcy. Czas rozpoczęcia naprawy oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady, usterki w siedzibie Zamawiającego i liczony jest od daty przesłania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną do serwisu Wykonawcy. Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczony przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnozę i rozpoczęcie naprawy.
9. Czas rozpoczęcia naprawy w przypadku pojazdu bazowego przez ASO wynosi maksymalnie 72h robocze od daty przesłania zgłoszenia do wskazanego przez Wykonawcę ASO. Czas rozpoczęcia naprawy liczony jest od dnia przyjęcia pojazdu do ASO. Przyjęcie pojazdu do ASO musi nastąpić najpóźniej do 24h od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej do wskazanego przez Wykonawcę ASO. Czas rozpoczęcia naprawy oznacza diagnozę oraz fizyczne przystąpienie do usuwania wady, usterki.
10. W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu B od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, pozostałego wyposażenia, aparatury medycznej w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w serwisie Wykonawcy.
12. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnych wizyt serwisowych przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, co 12 miesięcy w ciągu okresu gwarancyjnego po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z Zamawiającym.
13. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnych wizyt serwisowych aparatury medycznej co 12 miesięcy w ciągu okresu gwarancyjnego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
14. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich wad. W przypadku, gdy wady nie da się usunąć bez wymiany części przedmiotu dostawy Wykonawca dokona wymiany tej części na nową na własny koszt.

§ 7

1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikającym z załączników 2.1 do 2.7 do SWZ, stanowiącego integralny załącznik do niniejszej umowy.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.
3. W miejsce wadliwego towaru Wykonawca ponowi dostawę w ciągu 14 dni roboczych.
4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy,
 - 2) za zwłokę w dostarczeniu i instalacji przedmiotu dostawy w całości lub części w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego w §3 ust. 1 umowy, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w §6 ust. 7 niniejszej umowy.
15. Zamawiający może według własnego uznania na podstawie noty księgowej żądać zapłaty kar umownych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu lub potrącić je z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych także, co do okresu, o którym mowa w §3 ust 4 umowy.

§ 8

1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów wraz z poniesionymi kosztami dodatkowymi i utraconymi korzyściami, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a to w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
3. Zapis ustępu poprzedniego nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zgodnie z art. 456 ust.1 pkt 1),

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przekraczającej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy, w przypadku gdy instytucja finansująca ogranicza, zawiesza albo wycofuje Zamawiającemu finansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy, co spowodowałoby, iż Wykonawca nie otrzyma należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności. Niezależnie od skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o zawieszeniu finansowania w terminie 14 dni od otrzymania od dysponenta środków finansowych zawiadomienia o zawieszeniu. W takim przypadku odstąpienie Zamawiającego od Umowy jest niezawinione.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w szczególności, gdyby sfinansowanie zamówienia okazało się niemożliwe z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - 1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego,
 - 2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,
8. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
9. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 10

Integralną część umowy stanowią załączniki w nim powołane.

§ 11

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oprócz okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
 - 1) w zakresie wynagrodzenia – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku od towarów i usług,
 - 2) w zakresie terminu wykonania Umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu w przypadku, gdy:
 - a) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe na skutek przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
 - b) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - c) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z powodu wystąpienia siły wyższej,
 - d) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z powodu wystąpienia skutków wywołanych wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
3. Zmiana terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy w związku z zapisami §8 ust. 2 pkt 2 lit. d) Umowy może zostać dokonana w szczególności, gdy:
 - 1) Prezes Novum-Med. Sp. z o.o. w drodze zarządzenia, komunikatu lub innej formy wprowadzi ograniczenia wstępu na teren Szpitala,
 - 2) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 228 punkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny.
4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w §8 ust. 3 pkt. 1 Umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.
5. Dokonanie zmiany Umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.

§ 12

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się załatwiać polubownie. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego..
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.