

Znak sprawy N-M.ZP/3/2022

**Zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania na: „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”

Identyfikator (ID) postępowania: **96611c71-ebf9-48af-b14c-23c1155453c6**

Pytanie nr 1: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy pkt. 2 Czy Zamawiający dopuścić do zaoferowania łóżko wykonane w technologii z ramą zewnętrzną - zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie pogarsza właściwości użytkowych oraz komfortu hospitalizacji pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

dotyczy punktu 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające leże wypełnione siatką stalową wykonaną z pręta stalowego o grubości 5 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające leże wypełnione wykonanymi płytami z polipropylenu, łatwo odejmowanymi bez użycia narzędzi, łatwe do mycia i dezynfekcji, wypełnienia leża osadzone na ramach segmentów wykonanych z profili stalowych lakierowanych proszkowo z zewnętrzną ramą przy segmentach leża?



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 4 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko posiadające szczyty ł wyjmowane z ramy bez użycia narzędzi (bez konieczności zabezpieczenia szczytu przed wypadnięciem), wypełnione płytą dwustronnie laminowaną dostępną w 12 kolorach, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję chromowaną integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. Szczyty bez oznaczenia szczyt zablokowany odblokowany?



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 4 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko posiadające szczyty łóżka wykonane z zaokrąglonych rur chromowanych wyjmowanych z ramy łóżka bez użycia narzędzi otwórz (bez konieczności zabezpieczenia szczytu przed wypadnięciem zamknij (wypełnione płytą dwustronnie laminowaną dostępną 12 kolorach, montowano na stałe z ramą szczytu, Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. Szczyty bez oznaczenia szczyt zablokowany odblokowany?



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy pkt 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające szerokość zewnętrzną wraz z barierkami bocznymi wynoszącą 1025 mm zaproponowane rozwiązanie niewiele odbiega od opisanego specyfikacji warunków zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy pkt 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające graficzne oznaczenie regulacji na dźwigniach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy pkt. 15 Czy Zamawiający na zasadach równoważności dopuści łóżko które posiada mechanizmy regulacyjne umieszczone pod drapem leża w tym miejscu wymagającego świadomego użycia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy pkt. 16 Czy Zamawiający ze względu na fakt, iż celem autoregresji jest zabezpieczenie pacjenta przed uzyskaniem przy jednoczesnym uniesieniu oparcia pleców do (70 stopni) i uda do (min. 34 stopni) kąta pomiędzy tymi segmentami większymi niż 90 stopni łóżko posiadające leże opracowane z Niemieckim Stowarzyszeniem Pielęgniarskim (DBfK) oparcie pleców 80cm, segment miednicy 20, uda -35cm i podudzia 56cm posiadające tylko autoregresję sekcji oparcia pleców wynoszącą 8cm. Pozwolimy sobie nadmienić, że autoregresja nie ma nic wspólnego z powstawaniem odleżyn. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji wysokich leża. Pacjenci z tą jednostką chorobową powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 19 tak osób czy zamawiając dopuści do zaoferowania łóżko posiadające bariery boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża niepowodujące poszerzenia łóżka przez bariery, składające się poniżej poziomu materaca; bariery boczne składające się z 3 poprzeczek; w celach bezpieczeństwa mechanizm odblokowywania barierki umieszczony jest w ich dolnej części od stron nóg a odblokowanie odbywa się poprzez odciążenie mechanizmu blokującego oznaczonego kolorem czerwonym- bariery spełniające wymagania normy PN EN60-601-2:52?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy pkt 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szerokość całkowitą wynoszącą 555 mm i jest to parametr który od wymaganego odbiega zaledwie o 5 mm i nie ma on wpływu na pogorszenie właściwości użytkowych oraz komfortu hospitalizacji pacjenta?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 26 i 27 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat górny i boczny z zabezpieczeniem w postaci aluminiowego relingu z uchwytem na szklankę i ręczniki oraz aluminiowymi relingami w kształcie litery c zabezpieczające boki blatu głównego i bocznego?



Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punkt 28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny który chowany jest do jej blatu bocznego nie powoduje powiększenia gabarytów szafki szerokość całkowita wraz z zamontowanym i złożonym blatem bocznym wynosi 555 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 29 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę nieposiadającą możliwości przechyłu blatu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę która posiada szuflady wysuwane jednostronnie zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki ustawianej prawo lewostronnie względem łóżka; zaproponowane rozwiązanie zapobiega wypychaniu szuflady w przypadku jej przeładowania rzeczami pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą koła blokowane indywidualne?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 34 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w podwójne kółka o średnicy 52 mm na każdym z narożników?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 36 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez możliwości rozbudowy na każdym etapie użytkowania o dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19: Łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem – 38szt.

Dotyczy punktu 37 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez możliwości rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 3 Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające pilot bez diodowej sygnalizacji włączenia do sieci elektrycznej, posiadające kabel zasilający na przewodzie skręcanym rozciągliwym wraz z uchwytem do powieszenia przewodu na szczycie łóżka?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość podstawy łóżka wynoszącą 169,5cm Szerokość podstawy łóżka 81 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające wymiary leża 2000 mm x 870 mm (zarówno przy opuszczonych jak i podniesionych barierkach) wraz z funkcją przedłużenia leża o 180 mm i 4 otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające szczyty z blokadą w postaci suwaków bez kolorystycznej informacji zablokowane /odblokowane?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

dotyczy punktu 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające 2 uchwyty w części środkowej leża skutecznie zabezpieczające materac przed przesuwaniem, jednocześnie zaproponowane rozwiązanie eliminuje dyskomfort w trakcie wstawiania pacjenta i jak to ma miejsce w przypadku klasycznych uchwytów umieszczonych w segmencie podudzia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada pilot bez sygnalizacji diodowej lub dźwiękowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada 3 tryby pracy pilota:

- a. wszystkie funkcje odblokowane zablokowana funkcja trendelenburga i anty trendelenburga oraz zablokowana funkcja CPR,
- b. zablokowane wszystkie funkcje bez działowego wskaźnika trybu pilota,

- c. Odblokowana funkcja trendelenburga i anty trendelenburga oraz elektryczna pozycja CPR,
pilot bez diodowego wskaźnika trybu pracy; przechodzenie do trybu podstawowego (a) następuje automatycznie po 15 sekundach od braku akcji personelu medycznego (pracy w trybie b i c)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające maksymalną wysokość wynoszącą 800mm; zaproponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego w OPZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 19 Czy Zamawiający dopuści łożko posiadające regulację elektryczną uda w zakresie od 0 do 32 °?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 21 i 22 Czy Zamawiający ze względu na fakt, iż celem autoregresji jest zabezpieczenie pacjenta przed uzyskaniem przy jednoczesnym uniesieniu oparcia pleców do (70 stopni) i uda do (min. 34 stopni) kąta pomiędzy tymi segmentami większymi niż 90 stopni łożko posiadające leże opracowane z Niemieckim Stowarzyszeniem Pielęgniarskim (DBfK) oparcie pleców 76cm, segment miednicy 21, uda -32cm i podudzia 52cm posiadające tylko autoregresję sekcji oparcia pleców wynoszącą 8cm. Pozwolimy sobie nadmienić, że autoregresja nie ma nic wspólnego z powstawaniem odleżyn. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji wysokich leża. Pacjenci z tą jednostką chorobową powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające barierki boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża niepowodujące poszerzenia łożka przez barierki, składające się poniżej poziomu materaca; barierki boczne składające się z 3 poprzeczek; w celach bezpieczeństwa mechanizm odblokowywania barierek umieszczony jest w ich dolnej części od stron nóg a odblokowanie odbywa się poprzez odciążenie mechanizmu

blokującego oznaczonego kolorem czerwonym- barierki spełniające wymagania normy PN EN60-601-2:52 dotyczącej łóżek szpitalnej określającej min wysokość, odstępy min szczeblami etc?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31: Łóżka szpitalne elektryczne – 9szt.

Dotyczy punktu 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające dodatkowe barierki boczne montowane w otwory od strony nóg pacjenta za pomocą mechanizmów zaciskowych niewymagających użycia narzędzi?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32: pakiet 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp. Modyfikacja SWZ, zmian terminu realizacji do 60 dni.

Pytanie nr 33: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome, segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełniony płytami HPL łatwo odejmowanymi (po jednej płycie w każdym segmencie), płyty gładkie, nadające się do dezynfekcji, segment miednicy stalowy lakierowany proszkowo zamocowany na stałe, segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego blokady szczytów bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość zewnętrzną 2250 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 2000 x 850 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża? Pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu pleców w zakresie $0^{\circ} - 65^{\circ}$ (+/- 5°)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka bez graficznego oznaczenia regulacji na ramie łóżka?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda niwelującą ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4; w segmencie oparcia pleców ok. 11 cm, w segmencie uda ok. 4 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka nie posiadającego funkcji autoregresji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego tuleje do montowania akcesoriów typu wyciąg ręki lub wieszak kroplówki umieszczone w każdym narożniku leża, bez konieczności stosowania w tulejach tworzywowego wkładu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego bariereki boczne metalowe, lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, bariereki składane poniżej poziomu materaca, bariereki boczne składające się z czterech

poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach, tj. zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki, barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu - barierki boczne spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej szerokość całkowitą (z blatem bocznym) 630 mm oraz szerokość bez blatu bocznego 430 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej długość całkowitą 410 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej blaty szafki wykonane z wytrzymałego tworzywa HPL, blaty z relingami zabezpieczającymi drobne przedmioty przed upadkiem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki wyposażonej w blat boczny posiadający regulację wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1000 mm oraz regulację kąta pochylenia, blat boczny znajdujący się na wsporniku zamocowanym do szafki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej możliwość przechyłu blatu 30°, bez możliwości blokowania w pośrednich pozycjach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej szufladę górną oraz dolną szafkę, które są stalowe, lakierowane proszkowo, szuflada górna wysuwana obustronnie na prowadnicach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki wyposażonej w cztery koła, w tym dwa z blokadą indywidualną?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej dwa koła blokowane stopą?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy (w pkt. 34) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki przejezdnej wyposażonej w podwójne kółka o średnicy 55 mm na każdym z narożników?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki nie posiadającej parametrów opisanych w pkt. 36 i 37?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże podparte w 4 pkt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V, 50-60 Hz, pilot bez diodowej sygnalizacji włączenia do sieci elektrycznej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 55: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda ekwipotencjalnego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę o długości ok. 170 cm i szerokości ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża (pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu), wraz z funkcją przedłużania leża 300 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego blokady szczytów bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome, leże w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL (jedna płyta na każdy segment leża), gładkimi, łatwo demontowanymi bez użycia narzędzi nadających się do dezynfekcji, panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy (segment miednicy wypełniony stalową płytą zamocowaną na stałe)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone w 4 ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 12 i 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego funkcji autokontur?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego na pilocie sygnalizacji diodowej lub dźwiękowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 14?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez graficznej informacji na pilocie o umiejscowieniu dźwigni CPR? W oferowanym łóżku dźwignia CPR jest w kolorze pomarańczowym i jest dobrze widoczna (nie ma koniczności, aby na pilocie była informacja o jej umiejscowieniu).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pleców $0^{\circ} - 65^{\circ}$ (+/- 5°) oraz regulację elektryczną uda $0^{\circ} - 45^{\circ}$ (+/- 2°)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 68: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13° (+/- 2°) i anty-Trendelenburga 15° (+/- 2°)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda niwelującą ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4; w segmencie oparcia pleców ok. 11 cm, w segmencie uda ok. 4 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 70: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda tylko do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Prosimy (w pkt. 25) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka bez „dodatkowych barierek bocznych montowanych w otwory leża od strony nóg pacjenta”, ze względu na to, że w pkt. 24 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania barierek tworzywach na całej długości i w związku z tym, że ma konieczności stosowania „dodatkowych barierek”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Więcbork, dn. 13 lipca 2022 r.