

Znak sprawy N-M.ZP/3/2022

**Zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania na: „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”

Identyfikator (ID) postępowania: 96611c71-ebf9-48af-b14c-23c1155453c6

Pytanie nr 1: PAKIET 2 – APARAT KTG (dotyczy pkt 4 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekranu LCD TFT. W punkcie 27 Zamawiający wymaga takiego właśnie ekranu: LCD TFT.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: PAKIET 2 – APARAT KTG (dotyczy pkt 20 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy Toco o standardzie wodoszczelności IPX4.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: PAKIET 7 – HOLTER EKG

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakim komputerze będzie zainstalowane system holterowski EKG. W punkcie 28 tabeli Zamawiający określa, że system będzie zainstalowany na PC użytkownika. Jednocześnie tabela OPZ w punktach 45-67 opisuje zestaw komputerowy, który należy zaoferować w postępowaniu.

Odp. System będzie zainstalowany na zestawie komputerowym określonym w pkt. 45-67 OPZ.

Pytanie nr 4: PAKIET 7 – HOLTER EKG (dotyczy Zestawu komputerowego)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu komputerowego, który spełnia poniższe parametry:

komputer stacjonarny z monitorem o wielkości minimum 23,8 cala, z procesorem dwurdzeniowym, 8 GB RAM, dyskiem SSD, z systemem Windows 10 lub 11, drukarką laserową drukującą w kolorze czarnym, myszą, klawiaturą i listwą zasilającą.

Zaproponowany sprzęt będzie dobrej jakości i będzie wystarczający, aby zainstalować na nim system holterowski EKG, a obniży koszty Zamawiającego w porównaniu ze sprzętem, który

określił w tabeli.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: Pakiet 6. Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym cztery koła są blokowane indywidualnie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Więcbork, dn. 13 lipca 2022 r.