

Znak sprawy N-M.ZP/3/2022

**Zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania na: „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”

Identyfikator (ID) postępowania: 96611c71-ebf9-48af-b14c-23c1155453c6

Pytanie nr 1: Pakiet nr 4 – Stanowisko do pielęgnacji noworodka – 3 szt.

Wnoszę o uwzględnienie i pozytywną odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie nr 1 – dot. pkt. 8: Proszę o określenie, z której strony stanowiska: lewej czy prawej ma być wanienska. Jeśli Zamawiający nie ma w tym zakresie preferencji – proszę o podanie takiej informacji.

Odp. Wanienska po stronie lewej przy każdym stanowisku do pielęgnacji noworodka.

Pytanie nr 2: Pakiet nr 4 – Stanowisko do pielęgnacji noworodka – 3 szt. – dot. pkt. 15

Proszę o wybranie kolorów blatów (bez konieczności wyboru kolorów płyty meblowej) stanowisk z następującej gamy kolorów:

- Kremowy
- jasny błękit
- popiel
- Biały

Jeśli Zamawiający nie ma w tym zakresie preferencji – proszę o podanie takiej informacji.

Odpowiedź na powyższe pytania znacznie przyspieszy realizację zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty. Należy bowiem wskazać, że z uwagi na wydłużenie łańcucha dostaw podzespołów, w chwili obecnej znacznie wydłużył się czas produkcji wyrobów medycznych oraz meblowych.

Odp. Kolor blatów – biały.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia?

Odp. Modyfikacja SWZ

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 56 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Modyfikacja SWZ

Więcbork, dn. 13 lipca 2022 r.