

Znak sprawy N-M.ZP/3/2022

**Zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania na: „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”

Identyfikator (ID) postępowania: 96611c71-ebf9-48af-b14c-23c1155453c6

Pytanie nr 1: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odp. Zamawiający wymaga łóżka w technologii bez ramy zewnętrznej.

Pytanie nr 2: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże wypełnione metalową siatką?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże wypełnione panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające jeden panel w każdym segmencie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające indywidualną blokadę kół?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające stałą wysokość leża wynoszącą 500 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego wymiar leża wynosi 2000 mm x 850 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez mechanizmu regulacyjnego z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez łóżko funkcji autoregresji uda?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające funkcję autoregresji pleców 11 cm, ale bez funkcji autoregresji uda?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża poprzez odciążenie zwalnicza a następnie pochylenie barierki? Rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 440 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 405 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o długości całkowitej 570 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o długości całkowitej 515mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o długości całkowitej 405 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 825 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 840 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której blaty wykonane są z płyty meblowej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada wysuwaną szufladę górną i dolną półkę otwieraną drzwiczkami?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której blaty wykonane są z HPL?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której fronty wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo, a dolna półka posiada wkład tworzywowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której fronty wykonane są z HPL, a dolna półka posiada wkład tworzywowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której blat górny nie jest wyposażony w uchwyty do przetaczania szafki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która zamiast uchwytów do prowadzenia posiada metalowe relingi?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w blat boczny posiadający regulację wysokości w zakresie 740 mm-1040 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której blat boczny nie posiada sprężyny gazowej do regulacji wysokości? W oferowanej szafce w celu zmiany wysokości blatu bocznego należy przytrzymać jedną ręką ramkę, następnie drugą ręką odblokować mechanizm za pomocą pokrętła. Następnie po ustawieniu blatu na dowolnie wybraną wysokość zablokować mechanizm za pomocą pokrętła

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której blat boczny nie jest chowany w korpus szafki i powoduje zwiększenie jej gabarytów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której blat boczny posiada regulację w zakresie 740 mm do 1130 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą możliwość przechyłu blatu do 30°?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w indywidualną blokadę kół?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, która nie posiada układu blokady kół pozwalającego pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, która nie posiada dodatkowej półki na obuwie pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z kółkami o średnicy 50 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez dodatkowego uchwytu na ręcznik?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez możliwości jej rozbudowy o dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez możliwości jej rozbudowy o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.

Zamawiający wymagając funkcji tzw. zaawansowanej autoregresji, czyli odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, precyzyjnie wskazał także system konstrukcji tego mechanizmu (teleskopowy), przy czym jest to system charakterystyczny dla konkretnego producenta. Dla zachowania konkurencyjności ofert prosimy o dopuszczenie innego niż teleskopowy rozwiązania konstrukcyjnego, prowadzącego mechanicznie dokładnie do tego samego efektu w postaci tzw. zaawansowanej autoregresji czyli odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane łóżko szpitalne posiadało konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Pragniemy zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odp. Zamawiający wymaga łóżka w technologii bez ramy zewnętrznej.

Pytanie nr 41: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego pilot nie posiada diodowej sygnalizacji włączenia do sieci?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne bez gniazda ekwipotencjalnego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne o długości podstawy 168,5 cm i szerokości podstawy 69 cm? W oferowanym łóżku są to parametry w zupełności wystarczające do zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne bez funkcji przedłużania leża?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne o wymiarach leża 1950 mm x 850 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach

pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47: ***pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.***

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione panelami HPL? Płyta HPL to tworzywo gładkie, bardzo trwałe, sztywne, odporne na działanie wilgoci, środków dezynfekujących i wysokiej temperatury.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48: ***pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.***

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża mocowane na stałe?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49: ***pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.***

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne którego panele leża są cięższe niż 1 kg?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50: ***pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.***

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające jeden panel w każdym segmencie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51: ***pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.***

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wykonane z HPL mocowane na stałe?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego leże wyposażone jest w 4 uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne bez możliwości przedłużania leża?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego panele leża nie są zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego panele leża nie są zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego mechanizm blokujący nie posiada zatrzasków?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne z indywidualną blokadą kół?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego pilot posiada podświetlane piktogramy dostępnych regulacji elektrycznych zamiast sygnalizacji diodowej każdorazowego ich użycia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 59: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego pilot posiada 4 tryby pracy opisane poniżej: **Tryb 1:** Zablokowane wszystkie funkcje łóżka **Tryb 2:** Odblokowane wszystkie funkcje łóżka dostępne dla pacjenta (w tej pozycji zablokowane są funkcje: Trendelenburga, Anty-trendelenburga oraz pozycja do schodzenia z łóżka) **Tryb 3:** Zablokowane funkcje Trendelenburga oraz Anty-trendelenburga (pozostałe funkcje są odblokowane) **Tryb 4:** Odblokowane wszystkie funkcje.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, w którym dźwignia CPR zamontowana jest przy segmencie siedziska?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego pilot nie posiada graficznej informacji o lokalizacji dźwigni CPR?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego elektryczna regulacja leża wynosi 350 mm – 810 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, w którym regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej wynosi 30 sekund?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne posiadające elektryczną regulację pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga 14°? Jest to parametr w minimalnym stopniu odbiegający od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 65: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża poprzez odciążenie zwalnicza a następnie pochylenie barierki, rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem? Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66: pakiet nr 6: Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowych barierek bocznych mocowanych w otwory leża od strony nóg pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na brak podania rozwiązania zabezpieczenia barierki na całej długości łóżka.

Więcbork, dn. 13 lipca 2022 r.