

**Znak sprawy N-M.ZP/3/2022**

**Zapytania  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy postępowania na: „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”**

Identyfikator (ID) postępowania: **96611c71-ebf9-48af-b14c-23c1155453c6**

**Pytanie nr 1:** PAKIET 7 – HOLTER EKG

**(dotyczy pkt 66 tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o odstępnie od wymogu posiadania przez zestaw komputerowy norm i certyfikatów CE. Komputery i części składowe zestawów komputerowych nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają certyfikatów CE.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Każde urządzenie wprowadzone do obrotu na terenie UE musi posiadać certyfikat(deklarację) CE.**

**Pytanie nr 2:** PAKIET 7 – HOLTER EKG – zestaw komputerowy

**(dotyczy pkt 62 tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, którąś z wartości w przedziale między 90 a 550 W.

Uzasadnienie: czy Zamawiający dopuści zasilanie komputerowe inne niż podane w tabeli np. dopuści moc zasilacza w przedziale 90 a 550 W, ponieważ każdy komputer indywidualnie ma dobierane zasilanie i trudno jest dopasować je do konkretnego modelu, który w przypadku wyłonienia Wykonawcy będzie kupowany. Lepiej skorzystać z doboru lepszego modelu niż sugerować się mocą zasilania, która w żaden sposób nie wpływa na jakość zaoferowanego urządzenia. Prosimy o zgodę.

**Odp. Podane parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zasilacza dopasowanego do zaoferowanego komputera.**

**Pytanie nr 3:** PAKIET 7 – HOLTER EKG – zestaw komputerowy

**(dotyczy pkt 51 tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lepszej wartości 4 SLOTY (z czego 3 wolne)

Uzasadnienie: Niniejsza opcja lepsza od zaproponowanej

**Odp. Podane w OPZ parametry są wartościami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza większą ilość slotów.**

**Pytanie nr 4:** PAKIET 7 – HOLTER EKG – zestaw komputerowy

**(dotyczy pkt 45-67 tabeli OPZ)**

Czy Zamawiający dopuści lepsze (czyli jednocześnie wyższe i nowsze) parametry niż zaoferowane i uzna wymienione podane w tabeli parametry Zestawu komputerowego jako wartości/parametry minimum.

**Odp. Podane w OPZ parametry są wartościami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zestaw komputerowy o parametrach równoważnych lub lepszych.**

Więcbork, dn. 13 lipca 2022 r.