

Znak sprawy N-M.ZP/3/2022

**Zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania na: „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”

Identyfikator (ID) postępowania: 96611c71-ebf9-48af-b14c-23c1155453c6

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2: Dotyczy Umowy: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

§1 ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotowuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy

Odp. Zamawiający potwierdza, że przygotowuje miejsce montażu zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ (Pakiet 5).

Pytanie nr 3: Dotyczy Umowy: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

§2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 10 tygodni od podpisania umowy?

Z uwagi na obecną sytuację na rynku i w związku z tym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu dostaw, urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

Odp. Modyfikacja SWZ, zmian terminu realizacji.

Pytanie nr 4: Dotyczy Umowy: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

§2 ust. 2

Prosimy o uściślenie tego § poprzez dodanie terminu: *W przypadku konieczności wykonania szkoleń dodatkowych wynikających np. ze zmiany personelu Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie przeprowadzić szkolenie.* Taki zapis powoduje, że wykonawca jest zobowiązany do „dożywotniego” szkolenia personelu.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dodaje zapis: *W przypadku konieczności wykonania szkoleń dodatkowych wynikających np. ze zmiany personelu Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie przeprowadzić szkolenie w okresie gwarancji, jednak nie więcej niż 4 razy.*

Pytanie nr 5: Dotyczy Umowy: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

§2 ust. 7

Prosimy o wykreślenie zapisu. Producent urządzeń nie wyraża zgody na udostępnianie blokad serwisowych podmiotom, które nie posiadają autoryzacji.

Jeżeli jest to sprzęt medyczny (8% VAT) to możemy dodać: Urządzenia medyczne posiadają konfigurację, w którą nie należy ingerować ze względu na możliwość zmiany ich parametrów, o czym nieautoryzowany serwis może nie mieć wiedzy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: Dotyczy Umowy: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

§5 ust. 3 pkt 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: Dotyczy Umowy: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

§5 ust. 3 pkt 11

Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy / usunięcie awarii będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta.

Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8: Dotyczy Umowy: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

§6 ust 1 pkt.1 oraz pkt 2

Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9: Dotyczy Umowy: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

§6 ust 1 pkt.4

Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10: dot pak nr 5 Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zamiast parametrów wymaganych w postępowaniu na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach:

Profesjonalne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. Urządzenia, dzięki zastosowaniu wysokociśnieniowego systemu mycia pozwalają na zredukowanie zużycia środków chemicznych do minimum, zapewniając skuteczne czyszczenie. Proces mycia i dezynfekcji termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie zaledwie kilku minut, jest kontrolowany elektronicznie. Informacje o stanie cyklu są widoczne na wyświetlaczu LCD. Łatwy w obsłudze panel sterujący, pozwala na szybki wybór programu. Komora mycia wyposażona w bezobsługową, samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną uszczelkę labiryntową drzwi. Dodatkowo posiada izolację termiczną i akustyczną. Zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Myjnie dostępne w wersjach: wiszącej i wolnostojącej.

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne (S x G x W): 500 x 450 x 1775 mm
- odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym syfonem odpływowym
- zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz
- CW - zimna woda: 3/4", HW - ciepła woda: 3/4"
- dezynfekcja termiczna: regulowana do A0-300, 600, 3000
- system dysz myjących: 7 + 5 obrotowych
- komora (materiał): głęboko tłoczona stal kwasoodporna AISI 316 (wg PN EN 1.4401)

- możliwość jednoczesnego mycia jednego basenu z pokrywą + jedna kaczka lub trzech kaczek
- 3 standardowe programy mycia
- optyczna informacja o usterkach
- uszczelka drzwiowa labiryntowa bezobsługowa
- konstrukcja urządzenia umożliwiająca utrzymanie higieny na najwyższym poziomie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Więcbork, dn. 13 lipca 2022 r.