

**Znak sprawy N-M.ZP/3/2022**

**Zapytania  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy postępowania na: „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”**

Identyfikator (ID) postępowania: 96611c71-ebf9-48af-b14c-23c1155453c6

**Pytanie nr 1: PAKIETU 2 – APARAT EKG (dotyczy pkt 4 tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o wzięcie pod uwagę raz jeszcze dopuszczenia głowicy Toco o wodoszczelności IPX4. Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia aparat nie będzie stosowany do porodów w wodzie, a więc standard IPX4 powinien być wystarczający.

Jeżeli Zamawiający nie przychylił się do powyższego rozwiązania, prosimy o dopuszczenie aparatu KTG z ekranu wielkości 10,2”, intensywności ultradźwiękowej  $\leq 10\text{mW/cm}^2$  oraz z papierem termoczułym o szerokości 156 mm (składanka).

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę głowicy natomiast zamawiający zgadza się na dopuszczenie aparatu KTG z ekranu wielkości 10,2”, intensywności ultradźwiękowej  $\leq 10\text{mW/cm}^2$  oraz z papierem termoczułym o szerokości 156 mm (składanka).**

Więcbork, dn. 15 lipca 2022 r.