



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ozn. postępowania: N-M.ZP/3/2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych

Identyfikator (ID) postępowania w miniPortalu:

96611c71-ebf9-48af-b14c-23c1155453c6

Zatwierdziła:

Maria Kielbasińska

Prezes Zarządu NOVUM–MED Sp. z o. o.

Więcbork, dn. 4 lipca 2022 r.

CZĘŚĆ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
2. Adres: 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 26
3. Telefon: (52) 38 96 231 Fax: (52) 38 97 263
4. e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
5. Adres internetowy: www.bip.szpital-wiecbork.pl
6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://szpital-wiecbork.pl/>
7. Godziny urzędowania: 7:30– 15:00
8. Konto bankowe: BGK 31 1130 1075 0002 6158 7320 0001
9. Numer NIP: 504-000-89-67 Numer REGON: 093213663
10. Adres skrzynki ePUAP: /novum_med/SkrytkaESP

CZĘŚĆ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest **dostawa sprzętu i urządzeń medycznych**, szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku”, nr: RPKP.06.01.01-04-0001/20, **Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną; Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną; Schemat: Inwestycje w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 - 1) Główny przedmiot:
CPV **33100000-1**
 - 2) Dodatkowe:
 - pakiet 1 – 33112200-0
 - pakiet 2 – 33123230-9
 - pakiet 3 – 33100000-1

- pakiet 4 – 33750000-2
- pakiet 5 – 33191000-5
- pakiet 6 – 33192120-9, 33192130-2
- pakiet 7 – 33123210-3

3. Przedmiot zamówienia obejmuje **7 niepodzielnych pakietów**, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, jak i wymagania zawarte w SWZ.
4. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, karty techniczne i świadectwa rejestracji zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).
5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art.8 ustawy z 30 sierpnia 20022 r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1344).
6. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia nie może wywierać wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
7. Wymagania odnośnie przeglądów technicznych, gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego zawarto w załączniku nr 11 do SWZ postanowienia umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia, wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzeń. Szkolenie zakończy się sprawdzeniem jego skuteczności. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. W przypadku konieczności wykonania szkoleń dodatkowych wynikających np. ze zmiany personelu Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie przeprowadzić szkolenie.
9. W nawiązaniu do art.101 ust.4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów rejestracji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
10. Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 3 do SWZ nazwy handlowej, producenta zaoferowanych wyrobów oraz zaleca podanie kodów EAN i numerów katalogowych.
11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

CZĘŚĆ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **30 dni od dnia podpisania umowy.**
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

CZĘŚĆ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wyklucza się Wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy zamawiający wykluczy wykonawcę:
 - 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 3. W zakresie podstaw wykluczenia zastosowanie znajdują również odpowiednie zapisy art. 110 oraz art. 111 ustawy.
 4. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. u. z 2022 r. poz. 835).
 5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ VI – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 - b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 - d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie min. jedną dostawę sprzętu i urządzeń medycznych (dla pakietu na który składa ofertę), **każda o wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:**

Nr pakietu	Wartość dostaw w zł
1	100 000,00
2	10 000,00
3	5 000,00
4	50 000,00
5	60 000,00
6	200 000,00
7	35 000,00

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust.1 niniejszej części SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
 - 1) w przypadku określonym w ust. 1 lit.d niniejszej części SWZ:
 - a) w odniesieniu do zdolności technicznej, o którym mowa w ust. 1 lit.d niniejszej części SWZ jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie,
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust.5, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust.5 składa się w formie zgodnej z postanowieniami rozporządzeń, o których mowa w ust. 15 części VII SWZ.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia warunk o którym mowa w ust.1 lit.d zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. **Oświadczenie** należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 8 do SWZ**.
14. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

CZĘŚĆ VII – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
2. Oświadczenia, o których mowa powyżej w ust.1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (o ile są one wymagane przez Zamawiającego).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 - 1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
 - a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - b) **oświadczenia Wykonawcy**, w zakresie **art.108 ust.1 pkt.5** ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
 - 2) w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału z postępowaniu:
 - a) Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane lub wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
 - 1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) lit a) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy określone w ust. 6 powyżej stosuje się.

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa ust. 1 niniejszej części, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
11. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
 - 1) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
13. Postanowienia, o którym mowa w ust. 11 nie stosuje się, jeżeli oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
14. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
15. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy:
 - 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415);
 - 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

CZĘŚĆ VIII - INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępny pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 - 1) W sprawach merytorycznych: Sławomir Jaskulski
 - 2) W sprawach formalnych: Tomasz BondarczykAdres poczty elektronicznej e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-wiecbork.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* oraz do *Formularza do komunikacji*.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w *Regulaminie korzystania z miniPortal* oraz *Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)*.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* oraz do *Formularza do komunikacji* wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /novum_med/SkrytkaESP
8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w części XI SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: *Formularz do komunikacji* dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamowieniapubliczne@szpital-wiecbork.pl
11. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamowieniapubliczne@szpital-wiecbork.pl. Sposób sporządzenia dokumentów

elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

12. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.
15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.
16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust.16, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

CZĘŚĆ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
 - pakiet 1 - **3 000,00 zł** (słownie: trzy tysięcy zł)
 - pakiet 5 - **2 000,00 zł** (słownie: dwa tysiące zł)
 - pakiet 6 - **5 000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy zł)
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.97 ust.7 Ustawy Pzp, tj.:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego:

BGK 31 1130 1075 0002 6158 7320 0001

z dopiskiem:

Wadium – Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych (N-M.ZP/3/2022) – pakiet nr ...

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Zamawiającego określone w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp;
 - 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
 - 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
 - 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
 - 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
 - 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: NOVUM-MED Sp. z o. o. – ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork
 - 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 - 1) upływu terminu związania ofertą;
 - 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 2) którego oferta została odrzucona;
- 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

CZĘŚĆ X – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **12 sierpnia 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

CZĘŚĆ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczególności danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „*Instrukcji użytkownika*”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz.1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „*Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa*” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
7. Zamawiający informuje, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz.1233), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w części VII ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w *Instrukcji użytkownika* dostępnej na miniPortalu.

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Ofertę stanowi wypełniony druk *Formularza oferty* który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca wypełnia i załącza do *Formularza oferty*, jako jego integralną część załącznik nr 2 do SWZ – *Formularz cenowy oraz Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz właściwości techniczno – użytkowych*. Załącznik nr 1 zawiera także pola „informacje dodatkowe” mające jedynie charakter informacyjny dla Zamawiającego.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w *Formularzu oferty* (w miejscu do tego przeznaczonym), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak wskazania części zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
14. W przypadku załącznika nr 3 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego opisanych w kolumnie 2 poprzez wpisanie w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny 4:
 - słowa TAK albo NIE (w przypadku parametrów opisanych przez Zamawiającego);
 - albo
 - podanie parametrów oferowanego sprzętu/urządzenia
15. Ponadto we wskazanych miejscach tego załącznika Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, typ lub model, producenta oferowanego przedmiotu zamówienia oraz inne dane dotyczące przedmiotu zamówienia.
16. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 części VII SWZ.
17. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

18. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 15, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

19. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

20. Przepis ust. 17 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

21. Przepisy ust. 15–17 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

22. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje mocodawca lub notariusz.

23. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

CZĘŚĆ XII – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w *Instrukcji użytkownika*, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
2. **Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca 2022. r. o godz. 13:30**
3. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca 2022 r. o godz. 14:00.**
6. Otwarcie ofert następuje za pomocą strony <https://miniPortal.uzp.gov.pl> poprzez odszyfrowanie ofert w menu „Deszyfrowanie” i wybranie pliku do odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje do którego postępowania zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje.
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert.

CZĘŚĆ XIII - SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ a następnie przepisuje ją do tabeli w pkt. 1.1) formularza oferty.
2. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacom przy podpisaniu Umowy.
3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo, a następnie słownie), ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4. Cena oferty (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą) ma zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy.
6. Cenę oferty oraz pozostałe wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz.931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

CZĘŚĆ XIV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena (C) – 60%

Gwarancja (G) – 20%

Parametry techniczne (P) – 20%

2. Oferty będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób:

1) Kryterium **cena – 60%**: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

$$C = \left(\frac{\text{Oferta o najniższej cenie brutto}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100 \right) \times \text{waga kryterium tj. 60 \%}$$

gdzie: C – wartość punktowa badanej oferty

Wykonawca w kryterium cena otrzyma max. 60 pkt.

2) kryterium „gwarancja” – 20% rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia wg następującego wzór (G):

$$G = \left(\frac{\text{okres gwarancji oferty badanej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert}} \times 100 \right) \times \text{waga kryterium tj. 20 \%}$$

gdzie: G – wartość punktowa badanej oferty

Wykonawca w kryterium gwarancja otrzyma max. 20 pkt.

Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje max. 60 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 24 miesiące). W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 20. Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 m –cy nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 20 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.

3) kryterium „parametry techniczne” – 20% rozpatrywane będzie na podstawie uzyskanych punktów za parametry jakościowe podlegające ocenie wg następującego wzór (P):

$$P = \left(\frac{\text{Ilość punktów przyznanych za parametry podlegające ocenie oferty badanej}}{\text{Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za parametry podlegające ocenie}} \times 100 \right) \times \text{waga kryterium tj. 20 \%}$$

gdzie: P – wartość punktowa badanej oferty

Wykonawca w kryterium parametry techniczne otrzyma max. 20 pkt.

Zamawiający informuje, że wartość punktowa badanej oferty (P) za kryterium Parametry Techniczne zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w ust. 2, obliczona wg wzoru:

$O = C + G + P$ - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancja

P - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium parametry techniczne

4. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami SWZ.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust.6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ostateczną wartość punktową „O” z zastrzeżeniem treści ust. 5-8 powyżej.

CZĘŚĆ XV - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
3. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu przez zawarciem umowy.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

CZĘŚĆ XVI - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

CZĘŚĆ XVII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Zamawiający zawrze umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

CZĘŚĆ XVIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

CZEŚĆ XIX - OFERTY WARIANTOWE I CZEŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY ORAZ INNE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą dowolnie wybraną przez siebie część. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może złożyć ofertę jeden Wykonawca.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt.2 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłączenie przez Wykonawców, o których mowa w art.94 ustawy pzp.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca winien wskazać w ofercie te części zamówienia oraz podać nazwy tych Podwykonawców (o ile są mu znane na danym etapie postępowania).
12. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

CZEŚĆ XX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

CZEŚĆ XXI – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NOVUM-MED. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork;
- 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Kiestrzym-Kobus, tel. 692 750 790, e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl ;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. Informacje dodatkowe:
- 1) zgodnie z pkt. 8 a) powyżej przypadku, w którym chcieliby Państwo skorzystać z uprawnień wynikającego z art. 15 ust. 1 – 3 RODO możecie zostać Państwo poproszeni o wskazanie dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, lub daty zakończenia takiego postępowania;
 - 2) zgodnie z pkt. 8 c) powyżej żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

CZĘŚĆ XXII - ZAŁĄCZNIKI

1. *Formularz oferty* – załącznik nr 1 do SWZ;
2. *Formularz cenowy* - załącznik nr 2 do SWZ;
3. *Parametry techniczne* - załącznik nr 3 do SWZ;
4. *Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania* - załącznik nr 4 do SWZ;
5. *Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu* - załącznik nr 5 do SWZ;
6. *Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów* - załącznik nr 6 do SWZ;
7. *Wykaz dostaw* – załącznik nr 7 do SWZ
8. *Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* - załącznik nr 8 do SWZ;
9. *Oświadczenie Wykonawcy* - załącznik nr 9 do SWZ;
10. *Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej* – załącznik nr 10 do SWZ;
11. *Wzór Umowy* - załącznik nr 11 do SWZ.

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

Pełna Nazwa Wykonawcy	
Adres, siedziba	
Adres do korespondencji	
REGON	
NIP	
KRS/CEIDG	
Nr telefonu	
e-mail	
Skrzynka ePUAP	
Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów	

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Nazwa postępowania	Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych
Znak sprawy	N-M.ZP/3/2022

dla NOVUM-MED SP. z o.o., składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

1)	Wybrany pakiet	Cena oferty brutto PLN
	Pakiet 1	
	Pakiet 2	
	Pakiet 3	
	Pakiet 4	
	Pakiet 5	
	Pakiet 6	
	Pakiet 7	
Słownie:zł brutto		

	<p>Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).³</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego..... - wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku..... - stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.....
2)	<p>Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ (w tym w załączniku nr 11 do SWZ – wzór Umowy).</p>

2. Jednocześnie oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- 2) Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ.
- 3) Oferowane przez nas wyroby stanowiące przedmiot zamówienia posiadają wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.974) i zobowiązujemy się do ich przedstawienia w dniu dostawy urządzeń.
- 4) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone zapisami SWZ.
- 5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
- 6) Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 7) Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom⁴:

Lp.	Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę	Firma (nazwa) podwykonawcy

- 8) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

³ Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129, z późn. zm.).

⁴ należy wypełnić jeżeli dotyczy

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁶

9) Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić poniższe dane):
	<input type="checkbox"/> Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
	<input type="checkbox"/> Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
	<input type="checkbox"/> Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- a)
- b)
- c)

⁶ W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ CENOWY

Nr pakietu	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT		Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
					stawka	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4x8)
1	Aparat USG	szt.	1					
2.	Aparat KTG	Szt.	1					
3.	Laktator	Szt.	1					
4.	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	Szt.	3					
5.	Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów	Szt.	1					
		Szt.	2					
6.	Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem	Szt.	38					
	Łóżka elektryczne	Szt.	9					
7.	Holter EKG	zestaw	1					

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

PAKIET 1

Aparat USG – 1 szt.

Producent, miejsce produkcji:			
Marka typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	<i>Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia</i>	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
I.	WYMAGANIA FUNKCJONALNE		
1.	Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 roku	TAK	
2.	Aparat przenośny	TAK	
3.	Menu w języku polskim	TAK	
4.	Pełne opcje wymiarowania	TAK	
5.	Zasilanie sieciowe i bateryjne	TAK	
6.	Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora	TAK	
7.	W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK	
8.	Waga aparatu do 40 kg	TAK	
9.	Dynamika systemu co najmniej 180dB	TAK	
10.	Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 5 godzin	od 5 - 6 godzin – 0 pkt powyżej 6 godzin – 10 pkt	
11.	Aparat wyposażony w dotykowy monitor LCD z podświetleniem LED o przekątnej min. 19'' i rozdzielczości min. 1680x1050	TAK	
12.	Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund	TAK	
13.	Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia poniżej 45 sekund	Poniżej – 5 pkt 45 s – 0 pkt	

14.	Czas wyłączenia systemu poniżej 15 s	Poniżej – 5 pkt 15 s – 0 pkt	
15.	Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat	TAK	
16.	Aparat wyposażony w konektor sond umożliwiający jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic	TAK	
17.	Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - anestezyjologicznych - brzusznych - naczyniowych - urologicznych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - kardiologicznych - ortopedycznych - medycyny ratunkowej - ginekologia i położnictwo	TAK	
18.	W zestawie: - wózek z możliwością zainstalowania aparatu usg z regulowaną wysokością, z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół - videoprinter czarno-biały lub kolorowy umożliwiający drukowanie obrazów	TAK	
II.	TRYBY PRACY APARATU		
19.	B-mode	TAK	
20.	Obrazowanie harmoniczne	TAK	
21.	Aparat z możliwością obrazowania w trybie M - Mode	TAK	
22.	Funkcje dopplerowskie: Pulse Wawe Doppler, Color Doppler, Power Doppler	TAK	
23.	Aparat z możliwością obrazowania w trybie Doppler CW (Continuous Wave)	TAK	
24.	Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D	TAK	
25.	Zakres głębokości penetracji $\geq (1 \div 30)$ cm	TAK	
26.	Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm	TAK	
27.	Zakres regulacji siły akustycznej $\geq (10 \div 100)\%$	TAK	
28.	Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8	TAK	
29.	Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7	TAK	
30.	Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek	TAK	
31.	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku	TAK	

32.	Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu	TAK	
33.	Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B	TAK	
34.	Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW	TAK	
35.	Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW	TAK	
36.	Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View	TAK	
37.	Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10	TAK	
38.	Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory)	TAK	
39.	Powiększenie obrazu	TAK	
40.	Możliwość przełączania widoku do trybu pełnokronowego za pomocą jednego przycisku	TAK	
41.	Tryb Duplex	TAK	
42.	Tryb Triplex	TAK	
43.	Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentów	TAK	
44.	Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty	TAK	
45.	Adapter Wi-Fi	TAK	
46.	Możliwość instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G	TAK	
III.	OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE W APARACIE		
47.	Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej	TAK	
48.	System nawigacji igły biopsyjnej rozumiany jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia.	TAK	
49.	Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną w zakresie anestezjologii	TAK	
IV.	GŁOWICE		
50.	Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych	TAK	
51.	Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-4 MHz	TAK	
52.	Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192	TAK	
53.	Możliwość pracy z przystawką do biopsji	TAK	
54.	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm	TAK	
55.	Szerokość pola FOV 38 mm	TAK	

56.	Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu	TAK	
57.	Głowica typu convex do badań brzusznych	TAK	
58.	Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz	TAK	
59.	Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160	TAK	
60.	Kąt pola skanowania minimum 54°	TAK	
61.	Szerokość minimum 50 mm	TAK	
62.	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm	TAK	
63.	Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu	TAK	
64.	Głowica elektroniczna sektorowa	TAK	
65.	Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-1 MHz	TAK	
66.	Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64	TAK	
67.	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm	TAK	
V.	SYSTEM ARCHIWIZACJI		
68.	Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB	TAK	
69.	Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB	TAK	
70.	Złącze Ethernet - minimum 1 port	TAK	
71.	Złącze HDMI	TAK	
72.	DICOM	TAK	
73.	Możliwość archiwizacji w „chmurze”	TAK	
VI.	POMIARY		
74.	Odległość	TAK	
75.	Objętość	TAK	
76.	Powierzchnia	TAK	
77.	Kąt	TAK	
VII.	WYMAGANIA DODATKOWE		
78.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
79.	Okres gwarancji min.24 miesięcy	TAK, PODAĆ	
80.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	

81.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
82.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
83.	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
84.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
85.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
86.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
87.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
88.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	
89.	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

PAKIET 2**APARAT KTG – 1 szt.**

Producent, miejsce produkcji:			
Marka typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wymagania funkcjonalne		
1.	Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 roku	TAK	
2.	Kardiotokograf mobilny z wózkiem do ciąży pojedynczej i bliźniaczej	TAK	
3.	Uchwyt do przenoszenia aparatu	TAK	
4.	Ekran LED	TAK	
5.	Możliwość podłączenia do centralnego systemu monitoringu	TAK	
6.	Możliwość manualnej rejestracji ruchów płodu	TAK	
7.	Wbudowana trwała drukarka z możliwością wydruku fali, tekstu i innych informacji	TAK	
8.	Funkcja alarmu wysokiego i niskiego tętna płodu	TAK	
9.	Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin	TAK	
10.	Monitorowanie częstości pracy serca płodu FHR metodą ultradźwiękową	TAK	
11.	Zakres pomiaru 50÷210 BPM lub 30÷240 BPM (ustawiany przez użytkownika)	TAK	

12.	Dopuszczalny błąd pomiaru ≤ 2 BPM	TAK	
13.	Częstotliwość pracy przetwornika ultradźwiękowego – 2 MHz	TAK	
14.	Intensywność ultradźwiękowa ≤ 5 mW/cm ²	TAK	
15.	Ustawiane limitów (dolnego i górnego) alarmu dźwiękowego i wizualnego FHR	TAK	
16.	Ustawiany czas opóźnienia alarmów FHR	TAK	
17.	Pomiar TOCO, metodą zewnętrzną	TAK	
18.	Zakres pomiaru głowicy TOCO: 0÷1000g (0÷100 jednostek względnych)	TAK	
19.	Funkcja autozerowania TOCO	TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt.	
20.	Głowice ultradźwiękowa i Toco wodoszczelne w standardzie IP68	TAK	
21.	Ustawianie linii odniesienia (bazowej) TOCO	TAK	
22.	Ustawianie poziomu czułości pomiaru TOCO	TAK	
23.	Ręczny znacznik ruchu płodu wyczuwanego przez pacjentkę	TAK	
24.	Funkcja automatycznego identyfikowania ruchów płodu	TAK	
25.	Funkcja zapisu znacznika klinicznego	TAK	
26.	Archiwizacja badań w pamięci wewnętrznej aparatu	TAK	
27.	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT LCD, 8.4” z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia	TAK	
28.	Wyświetlane krzywe FHR, TOCO, znaczniki FM oraz znaczniki kliniczne	TAK	
29.	Wyświetlana wartość i poziom sygnału FHR	TAK	
30.	Wyświetlana wartość TOCO 0÷100 jednostek	TAK	
31.	Wyświetlane numeru urządzenia w sieci	TAK	
32.	Zapis w czasie rzeczywistym krzywych FHR, TOCO, znaczników ruchu FM i znaczników klinicznych	TAK	
33.	Funkcja timera NST	TAK	

34.	Papier termoczuły o szerokości 112 mm (składanka)	TAK	
35.	Wydruk na papierze ze skalą 30-240BPM	TAK	
36.	3 poziomy prędkości przesuwu papieru: wydruk badania w skali poziomej – 1, 2 lub 3 cm/min ustawianej przez użytkownika	TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
37.	Długość przewodu głowic min. 2m	TAK	
38.	Szybkość transmisji danych 9600 BPS, możliwość pracy w sieci	TAK	
39.	Wyposażenie: - sondy do ciąży pojedynczej i bliźniaczej, sonda skurczów - przycisk pacjentki EVENT – 1 szt. - papier termoczuły w formie składanki - pasy mocujące przetworniki - przewód zasilający -żel - znacznik pacjentki	TAK	
40.	Wózek na podstawie jezdnej pod aparat KTG	TAK	
	INFORMACJE DODATKOWE		
41.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
42.	Okres gwarancji min.24 miesięcy	TAK	
43.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
44.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
45.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
46.	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
47.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
48.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów	TAK	

	ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.		
49.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
50.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
51.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE		
52.	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

PAKIET 3**LAKTATOR – 1 szt.**

Producent, miejsce produkcji:			
Marka	typ,	Rok produkcji:	
model			

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
	WYMAGANIA FUNKCJONALNE		
1	Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 roku	TAK	
2	Elektryczny laktator szpitalny w wersji jezdnej	TAK	
3	Laktator klasy szpitalnej – wyrób medyczny	TAK	
4	Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora (separacja mediów)	TAK	
5	Wyświetlacz LCD z komunikatami wyświetlanymi w języku polskim	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
6	Dwufazowy program odciągania pokarmu,	TAK	
7	Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
8	Program „Utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie dla mam dzieci donoszonych.	TAK	
9	Program inicjacji laktacji z zaprogramowanymi trzema różnymi fazami pracy (dwie fazy stymulacji o różnej szybkości zassań oraz jedna faza odciągania właściwego)	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
10	Rytm pracy naśladowujący rytm ssania niemowlęcia. 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania.	TAK	
11	Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od min. -50 do -250 mmHg.	TAK	
12	Szybkość pracy w zakresie od min. 54 do 120 zassań na minutę.	TAK	
13	Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.	TAK	
14	Głośność laktatora max 45 dB.	TAK, podać	
15	Waga urządzenia max. 3,5 kg (bez wózka jezdnego)	3kg i powyżej – 0 pkt. Poniżej 3kg – 10 pkt.	

16	Trwała obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia utrzymania urządzenia w czystości i bezpieczeństwa odciągania).	TAK	
17	Uchwyt/ statyw na min. dwie butelki.	TAK	
18	Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz	TAK	
19	Wersja jezdna - wózek jezdny	TAK	
20	Zestawy do odciągania kompatybilne z posiadanymi przez szpital laktatorami Symphony	TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.	
21	Zestawy wielorazowe – 5 szt.	TAK	
INFORMACJE DODATKOWE			
22	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
23	Okres gwarancji min.24 miesiące	TAK, PODAĆ	
24	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
25	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
26	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
27	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
28	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
29	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
30	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
31	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	

32	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	
33	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

PAKIET 4**Stanowisko do pielęgnacji noworodka – 3 szt.**

Producent, miejsce produkcji:			
Marka typ, model		Rok produkcji :	

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	2	3	4
WYMAGANIA FUNKCJONALNE			
1.	Stanowiska fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku	TAK	
2.	Długość stanowiska w zakresie od 1570 do 1600mm	TAK	
3.	Szerokość w części kąpielowej w zakresie od 570 do 600mm	TAK	
4.	Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 770 do 790mm	TAK	
5.	Monolityczny blat dla części kąpielowej i pielęgnacyjnej	TAK	
6.	Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 880mm	TAK	
7.	Powierzchnia kontaktowa wykonana z żelkotu sanitarnego	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
8.	Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpienia niemowląt po prawej lub lewej stronie (opcjonalnie do ustalenia na etapie zamówienia), miejsce do przewijania, baterię zlewozmywakową z prysznicem Wanienska o wymiarach ok 680 x 380 mm	TAK	
9.	Wanienska do kąpienia i miejsce do przewijania z materacem, zintegrowane na jednym blacie	TAK	
10.	Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równoległe do frontu stanowiska promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza, zegarem Apgar i alarmami. Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia.	TAK	
11.	Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych-certyfikat EC z jednostki notyfikowanej	TAK	
12.	Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni – zasilane elektrycznie	TAK	
13.	Blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek dopasowanych do kształtu blatu	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	

	pielęgnacyjnego. Błat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną		
14.	Zestaw szafek wyposażony w min. 3 szuflady lakierowane z tworzywa, kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy, wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane.	TAK	
15.	Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek na etapie składania zamówienia	TAK	
INFORMACJE DODATKOWE			
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
17.	Okres gwarancji min.24 miesięcy	TAK, PODAĆ	
18.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
19.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
20.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
21.	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
22.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
23.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
24.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
25.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
26.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	
27.	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

PAKIET 5**1. PŁUCZKO-DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW - 1 szt.**

Producent, miejsce produkcji:			
Marka typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	<i>Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia</i>	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
	WYMAGANIA FUNKCJONALNE		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku	TAK	
2.	Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie oraz misek do mycia chorych	TAK	
3.	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni	TAK	
4.	Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę	TAK	
5.	Pojemność komory mycia: min. 1 basen i 1 kaczkę (razem) lub min. 3 kaczki (razem)	TAK	
6.	Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadunkowym	TAK	
7.	Urządzenie wyposażone w kosz umożliwiający automatyczne opróżnianie basenu	TAK	
8.	Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu	TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.	
9.	Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu	TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.	

10.	Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych)	12 dysz i więcej – 3 pkt., 11 dysz i mniej – 0 pkt.	
11.	Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz	TAK	
12.	Całkowita moc	Całkowita moc 4000 W i mniej – 3 pkt. Większa wartość – 0 pkt.	
13.	Wszystkie elementy w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej	TAK	
14.	W pełni zautomatyzowany cykl pracy	TAK	
15.	Urządzenie wyposażone w przyciski/pedały nożne uruchamiające wybrany cykl	TAK	
16.	Minimum dwa programy: standardowy , intensywny	Trzy programy i więcej – 5 pkt. Dwa programy – 3 pkt.	
17.	Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory	TAK	
18.	Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi)	TAK	
19.	Wybór programu bez użycia rąk	TAK	
20.	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze	TAK	
21.	Czas cyklu dla standardowego programu	360 [s] i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt.	
22.	2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury	TAK	
23.	Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną	TAK	
24.	Zużycie zimnej wody na cykl standardowy:	10 [l] min i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt.	

25.	Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy:	10 [l] min i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt.	
26.	Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’	TAK	
27.	Możliwość podłączenia do przyłącza wodnego ½’’	TAK	
28.	Możliwość podłączenia pod odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie	TAK	
29.	Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość urządzenia: max 600mm Wysokość urządzenia: max 950mm Głębokość urządzenia: max 660mm	TAK	
30.	Wbudowana pompa podajnika detergentu	Dwie pompy – 5 pkt. Jedna pompa – 3 pkt.	
31.	Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0	90°C - 93°C – 3 pkt. 85°C -89°C – 0 pkt.	
32.	Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów	TAK	
33.	Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mm Długość: 500 mm Głębokość: 350 mm	TAK	
34.	Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia	TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt.	
35.	Urządzenie zintegrowane z półką do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek	TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt.	
36.	Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń	TAK	
37.	Pakiet startowy: - standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą, - wielofunkcyjny uchwyt (np. do wiadra), - uchwyt na nocniki, - 4 nocniki kompatybilne z myjnią,	TAK	

	- 5l kanister z płynem zmiękczejacym wodę - 5l Detergent + Odkamieniacz + Środek zwilżający		
	INFORMACJE DODATKOWE		
38.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
39.	Okres gwarancji min.24 miesięcy	TAK, PODAĆ	
40.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
41.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
42.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
43.	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
44.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
45.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
46.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
47.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
48.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	
49.	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

2. PŁUCZKO-DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW - 2 szt.

Producent, miejsce produkcji:			
Marka typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
WYMAGANIA FUNKCJONALNE			
1.	Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku	TAK	
2.	Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie oraz misek do mycia chorych	TAK	
3.	Automatycznie otwierana i zamykana pokrywa komory bez kontaktu z urządzeniami za pomocą fotokomórki	TAK	
4.	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni	TAK	
5.	Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę	TAK	
6.	Pojemność komory mycia: min. 2 baseny i 2 kaczki (razem) na cykl	TAK	
7.	Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowniczym	TAK	
8.	Urządzenie wyposażone w kosz umożliwiający automatyczne opróżnianie basenu	TAK	
9.	Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu	TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.	

10.	Możliwość dezynfekcji 6 kacek w jednym cyklu	TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.	
11.	Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych)	12 dysz i więcej – 3 pkt. 11 dysz i mniej – 0 pkt.	
12.	Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz	TAK	
13.	Całkowita moc	Całkowita moc 4000 W i mniej – 3 pkt. Większa wartość – 0 pkt.	
14.	Wszystkie elementy w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej	TAK	
15.	W pełni zautomatyzowany cykl pracy	TAK	
16.	Uruchamianie cyklu bezdotykowo na fotokomórkę	TAK	
17.	Ochrona przed przepełnieniem zbiornika	TAK	
18.	Minimum dwa programy: standardowy , intensywny	Trzy programy i więcej – 5 pkt. Dwa programy – 3 pkt.	
19.	Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory	TAK	
20.	Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi)	TAK	
21.	Wybór programu bez użycia rąk	TAK	
22.	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze	TAK	
23.	Czas cyklu dla standardowego programu	360 [s] i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt.	

24.	Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną	TAK	
25.	Zużycie zimnej wody na cykl standardowy:	10 [l] min i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt.	
26.	Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy:	10 [l] min i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt.	
27.	Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’	TAK	
28.	Możliwość podłączenia do przyłącza wodnego ½’’	TAK	
29.	Możliwość podłączenia pod odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie	TAK	
30.	Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość urządzenia: max 600mm Wysokość urządzenia: max 950mm Głębokość urządzenia: max 660mm	TAK	
31.	Wbudowana pompa podajnika detergentu	Dwie pompy – 5 pkt., Jedna pompa – 3 pkt.,	
32.	Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0	90°C - 93°C – 3 pkt. 85°C -89°C – 0 pkt.	
33.	Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów	TAK	
34.	Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mm Długość: 500 mm Głębokość: 350 mm	TAK	
35.	Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia	TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt.	

36.	Urządzenie zintegrowane z półką do przechowywania dezynfekowanych basenów i kaczek	TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt.	
37.	Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń	TAK	
38.	Pakiet startowy: - standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą – 1 szt., - kosz na 6 kaczek – 1 szt. , - wielofunkcyjny uchwyt (np. do wiadra) – 2 szt., - kosz do dezynfekcji 3 basenów – 2 szt., - 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę – 2 szt. - 5l Detergent + Odkamieniacz + Środek zwilżający – 2 szt.	TAK	
	INFORMACJE DODATKOWE		
39.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
40.	Okres gwarancji min.24 miesięcy	TAK, PODAĆ	
41.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
42.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
43.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
44.	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
45.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
46.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	

47.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
48.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
49.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	
50.	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

PAKIET 6**1. Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem – 38 szt.**

Producent, miejsce produkcji:			
Marka typ, model		Rok produkcji :	

Lp.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
	Wymagania funkcjonalne		
1.	Łóżka fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku	TAK	
2.	Łóżko szpitalne wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Łóżko wykonane w technologii bez ramy zewnętrznej	TAK	
3.	Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie lamelami wmontowanymi na stałe. Po kilka lameli w segmencie pleców i podudzia. Lamelle gładkie, nadające się do dezynfekcji. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdluznych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża	TAK	
4.	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane,	TAK	
5.	Koła o średnicy min 125mm. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. Koła z możliwością centralnej blokady oraz blokady kierunkowej.	TAK, PODAĆ	
6.	Wysokość leża stała, liczona od podłogi do powierzchni, na której spoczywa materac – 550mm (+/-20mm)	TAK, PODAĆ	
7.	Długość zewnętrzna łóżka max 2200 mm	TAK, PODAĆ	

8.	Szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami max 990mm	TAK, PODAĆ	
9.	Wymiary leża 2000mm x 900mm	TAK, PODAĆ	
10.	Regulacja segmentu pleców w zakresie min 0 – 70°	TAK, PODAĆ	
11.	Regulacja segmentu uda w zakresie min. 0 – 34°	TAK, PODAĆ	
12.	Mechanizm regulacji segmentu pleców i uda umieszczony w ramie łóżka od strony szczytu nóg lub z obu stron pod leżem łóżka	TAK, PODAĆ	
13.	Segmenty pleców i uda regulowane niezależnie, dwoma osobnymi mechanizmami	TAK	
14.	Graficzne oznaczenie regulacji na ramie łóżka	TAK	
15.	Mechanizm regulacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji	TAK	
16.	Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-łędźwiowym a tym samym pełniąc funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.10cm, w segmencie uda: min.6cm.	TAK, PODAĆ	
17.	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.	TAK, PODAĆ	
18.	Tuleje do montowania akcesoriów typu wysięgnik ręki lub wieszak kroplówki, w tulejach tworzywowy wkład umieszczone w każdym narożniku leża	TAK	
19.	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu.	TAK	
20.	Wyposażenie łóżka: <ul style="list-style-type: none"> • Barierki opisane powyżej – 38 kpl. • Materac szpitalny min 10 cm w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej. Pokrowiec z krytym zamkiem – 38 szt. • Wieszak do kroplówki – 20 szt. • Szafka przyłóżkowa opisana poniżej - 13 szt. 	TAK	
21.	Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad oraz blatu	TAK	

	bocznego kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka.		
22.	Konstrukcja szafki lakierowana wykonana ze stali ocynkowanej lub z aluminium. Szafka odporna na działanie promieni UV oraz środków dezynfekcyjnych	TAK	
23.	Szerokość całkowita: 500 mm (± 50 mm)	TAK	
24.	Długość całkowita: 500 mm (± 50 mm)	TAK	
25.	Wysokość całkowita: 900 mm (± 50 mm)	TAK	
26.	Błaty szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Błat górny i boczny z galeryjką.	TAK	
27.	Błat górny wyposażony w dwa uchwyty do przetaczania szafki. Uchwyt metalowy lakierowany proszkowo	TAK	
28.	Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm (± 50 mm) oraz regulację kąta pochylenia. Błat boczny chowany w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki	TAK	
29.	Możliwość przechyłu blatu min. 60° i blokowania w pośrednich pozycjach	TAK	
30.	Szuflada Górna i dolna wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Szuflady wysuwane obustronnie na prowadnicach.	TAK	
31.	Szafka wyposażona w centralnie blokowane koła	TAK	
32.	Układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka.	TAK	
33.	Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta	TAK	
34.	Szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy min 75 na każdym z narożników	TAK	
35.	Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik	TAK	
36.	Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy	TAK	
37.	Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady	TAK	

38.	Blokady szczytów posiadają graficzną informację w formie piktogramu kolorystycznego zablokowane / lub odblokowane. Kolorystyka uzgodniona z zamawiającym na etapie zamówienia.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
39.	Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
40.	Mechanizm regulacji segmentu pleców i uda umieszczony w ramie łóżka od strony szczytu nóg	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
41.	Centralna blokada kół szafki przyłóżkowej uzyskiwana za pomocą pokrętła wbudowanego w jej górny blat	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
INFORMACJE DODATKOWE			
42.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
43.	Okres gwarancji min.24 miesięcy	TAK, PODAĆ	
44.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
45.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
46.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
47.	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
48.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
49.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
50.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich	TAK	

	wymiany.		
51.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
52.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	
53.	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

2. Łóżka szpitalne elektryczne – 9 szt.

Producent, miejsce produkcji:			
Marka model	typ,	Rok produkcji:	

Lp.	<i>Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia</i>	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
	Wymagania funkcjonalne		
1.	Łóżka fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku	TAK	
2.	Konstrukcja nośna w postaci podwójnych ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 6 pkt. Ramiona wykonane z profilu stalowego. W każdym narożniku krążki odbojowe.	TAK, PODAĆ	
3.	Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej – dioda świecąca stałym światłem. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym wraz z uchwytem do powieszenia przewodu na szczycie łóżka. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne.	TAK	
4.	Długość podstawy łóżka 160 cm +/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm +/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu	TAK	
5.	Wymiary całkowite: - Długość poniżej 2200mm - Szerokość (wraz z barierkami) poniżej 1000mm	TAK, PODAĆ	

6.	Wymiary leża 2000mm x 900 mm (zarówno przy opuszczonych jak i podniesionych barierkach) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego,	TAK, PODAĆ	
7.	Szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane od strony nóg i głowy. Łóżko wyposażone w blokady zabezpieczające szczyty przed przypadkowym wyjęciem. Blokady szczytów z graficzną oraz kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane	TAK	
8.	Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi - Polipropylen. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia, pojedynczy panel w segmencie uda. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy.	TAK, PODAĆ	
9.	Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca.	TAK	
10.	Łóżko szpitalne wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego (np. ram wyciągowych, dodatkowych elementów barierek pozwalających zabezpieczyć pacjenta na całej długości). Mechanizm blokujący przedłużenie w postaci zatrzasków. Nie dopuszcza się śrub w celu zatrzymania przedłużenia leża.	TAK	
11.	Koła tworzywowe o średnicy min. 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. Dźwignie z kolorystycznym oznaczeniem stanu blokady.	TAK,	
12.	Łóżko z elektryczną regulacją - wysokości - segmentu pleców - segmentu uda - przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga - funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową lub dźwiękową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych.	TAK	
13.	Funkcja autokonturu - jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda sterowana za pomocą 1 przycisku na pilocie	TAK	
14.	W celach bezpieczeństwa oraz wykluczenia uruchomienia funkcji niewskazanej dla danego	TAK, PODAĆ	

	<p>pacjenta możliwość pracy pilota w 3 trybach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wszystkie funkcje odblokowane, - Zablokowana funkcja Trendelenburga, - Blokada wszystkich funkcji <p>Diodowy wskaźnik trybu pilota. Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym trybie poprzez zmianę koloru</p>		
15.	Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Pojedyncza dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym	TAK	
16.	Informacja graficzna na pilocie o umiejscowieniu dźwigni CPR	TAK	
17.	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/-20mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/ Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków.	TAK, PODAĆ	
18.	Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund	TAK	
19.	Regulacja elektryczna pleców min 70° oraz regulacja elektryczna uda min 35°	TAK, PODAĆ	
20.	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelburga min. 15°.	TAK, PODAĆ	
21.	<p>Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-łędźwiowym a tym samym pełniąc funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm,</p> <p>Dodatkowa autoregresja w segmencie uda: min.5cm</p>	TAK, PODAĆ	
22.	Funkcja autoregresji w segmencie pleców i uda, system odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn 1 stopnia	TAK	
23.	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.	TAK, PODAĆ	

24.	<p>Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Wysokość barierki min 450mm. Barierki złożone z 3 szczebli które po złożeniu nie stykają się ze sobą lub barierki tworzywowe na całej długości.</p> <p>W przypadku barierek metalowych - barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu.</p>	TAK, PODAĆ	
25.	<p>Wyposażenie łóżka :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barierki boczne opisane powyżej – do 9 łóżek - Dodatkowe barierki boczne montowane w otwory leża od strony nóg pacjenta. Barierki lakierowane odejmovane od leża łóżka za pomocą jednego przycisku. Barierki nie powodują poszerzenia leża – do 9 łóżek - Materac o grubości min 10 cm, dopasowany do leża. W pokrowcu paroprzepuszczalnym zmywalnym z zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym przed wnikaniem płynów – do 9 łóżek - Wieszak do kroplówki – do 9 łóżek - Wysięgnik z uchwytem ręki – do 9 łóżek 	TAK	
26.	Konstrukcja nośna podpierająca leże w minimum 8 punktach	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
27.	Każdy z paneli leża z niezmywalną wytłoczoną w panelu instrukcją/kierunkiem montażu	TAK – 10 pkt NIE – 0pkt	
28.	Układ zasilania łóżka wyposażony w akumulator	TAK – 10 pkt NIE – 0pkt	
29.	Udźwig łóżka 250 kg	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
30.	Rama do karty gorączkowej zasłaniająca dane pacjenta do każdego łóżka	TAK	
INFORMACJE DODATKOWE			
31.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
32.	Okres gwarancji min.24 miesięcy	TAK, PODAĆ	
33.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	

34.	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
35.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
36.	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
37.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
38.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
39.	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
40.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
41.	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	
42.	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

Holter EKG – 1 zestaw

Producent, miejsce produkcji:			
Marka typ, model		Rok produkcji:	

Lp.	<i>Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia</i>	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
I	SYSTEM HOLTEROWSKI EKG - 1 SZTUKA		
1	Ocena zapisów 3-kanałowych	TAK	
2	Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców.	TAK	
3	Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów	TAK	
4	Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE)	TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt.	
5	Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare'a dla każdego szablonu	TAK	
6	Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt	TAK	
7	Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T	TAK	
8	Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy.	TAK	
9	Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania	TAK	
10	Przykłady Min. i Max. HR	TAK	
11	Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowo zaklasyfikowanych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu	TAK	
12	Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu	TAK	

13	Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady.	TAK	
14	Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty	TAK	
15	Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane	TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt.	
16	Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału	TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt.	
17	Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowych z możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy -plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku	TAK	
18	Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG	TAK -10 pkt NIE – 0 pkt.	
19	Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy	TAK -10 pkt NIE – 0 pkt	
20	Ocena pracy różnych typów stymulatorów	TAK	

21	Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika	TAK	
22	Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły	TAK -10 pkt NIE – 0 pkt	
23	Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG.	TAK	
24	Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika	TAK	
25	Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika	TAK	
26	Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
27	System holterowski kompatybilny z systemem holterowskim posiadanym przez Zamawiającego (Windows 7 lub nowszym)	TAK	
28	System do instalacji na PC użytkownika	TAK	
II	REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 3 KANAŁOWY - 3 SZTUKI	TAK	
29	Aparaty fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku		
30	Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni	3 dni – 0 pkt. > 6 dni – 10 pkt.	
31	Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora	TAK	
32	Detekcja impulsów stymulatora	TAK	
33	Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz	4000 Hz – 0 pkt. > 4000 Hz – 5 pkt.	
34	Rejestracja 3 kanałów EKG z 7 elektrod	TAK	
35	Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego	Złącze HDMI – TAK 10 pkt NIE – 0 pkt	
36	Ekranowane kabla pacjenta	TAK	
37	Impedancja wejściowa $\geq 2M\Omega$	TAK	
38	CMRR >60dB	TAK	
39	Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface'u	TAK	
40	Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA	TAK	
41	Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta	TAK	
42	Wymiary - podać	TAK	
43	Automatyczna kalibracja	TAK	
44	W komplecie do każdego urządzenia: futerał, smycz, kabel 7 odprowadzeń	TAK	

III	ZESTAW KOMPUTEROWY – 1 SZT.		
45	Komputer PC	TAK	
46	Miejsce serwisowania - na miejscu u zamawiającego	TAK	
	Procesor		
47	Zainstalowany procesor i5 min. 10-gen.	TAK	
	Pamięć		
48	Rodzaj pamięci DDR4	TAK	
49	Pamięć zainstalowana (GB) 8	TAK	
50	Maksymalna wielkość pamięci 64 GB	TAK	
51	Ilość gniazd pamięci / wolne 2 / 1	TAK	
	Grafika		
52	Wbudowana karta graficzna Intel® UHD Graphics 630	TAK	
	Dysk twarde		
53	Zamontowany dysk SSD M.2	TAK	
54	Pojemność dysku 240 GB	TAK	
	Napęd optyczny		
55	Rodzaj napędu optycznego DVD-RW	TAK	
	Złącza		
56	Złącza video VGA (D-Sub); HDMI.	TAK	
57	Wejścia i wyjścia audio 3 x OFC Audio Jacks	TAK	
58	Złącza i porty komunikacyjne USB 2.0 x 6; USB 3.0 x 4; Port PS/2.	TAK	
59	Czytnik kart SD	TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt	
60	Złącza PCI na płycie głównej 1x PCI-e x16; 2x PCI-e x1	TAK	
	Łączność / komunikacja		
61	Łączność LAN 1 Gbps	TAK	
	Zasilacz		
62	Moc zasilacza 350 W	TAK	
	Oprogramowanie		
63	System operacyjny Microsoft® Windows 10 Pro PL 64-bit	TAK	
	Pozostałe parametry		
64	Klawiatura w zestawie	TAK	
65	Mysz w zestawie	TAK	
66	Normy i certyfikaty CE	TAK	
67	Wyposażenie dodatkowe Monitor min. 21,5”	TAK	
IV	INFORMACJE DODATKOWE		

68	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
69	Okres gwarancji min.24 miesięcy	TAK, PODAĆ	
70	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
71	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
72	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku	TAK	
73	Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia	TAK	
74	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.	TAK	
75	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.	TAK	
76	Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.	TAK	
77	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	TAK	
78	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE	TAK	
79	Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami,	TAK	

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....

Adres

REGON

NIP

KRS/CEIDG

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.****Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa))**

Dotyczy postępowania pn:

Nazwa postępowania	Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych
Znak sprawy	N-M.ZP/3/2022

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....
.....

Adres

REGON

NIP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa))

Dotyczy postępowania pn:

Nazwa postępowania	Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych
Znak sprawy	N-M.ZP/3/2021

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części VI SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części VI SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:.....

w następującym zakresie:.....

(należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CeiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CeiDG)*

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....
.....

Adres

REGON

NIP

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

Ja niżej podpisany

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa/firma dokładny adres)

Zobowiązuję się do oddania wymienionych poniżej zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

.....
.....

(określenie zasobu: wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy

.....

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pn: „**Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych**”

oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie:

.....

(określenie zasobu: sytuacja finansowa lub ekonomiczna/zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie)/osoby (potencjał kadrowy))

2. Oświadczam, że sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....

3. Oświadczam, że zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

4. Oświadczam, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....
.....

Adres

REGON

NIP

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) na „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych” przedstawiamy wykaz dostaw odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia zrealizowanych przez Wykonawcę:

Lp.	Przedmiot Rodzaj dostawy	Data i miejsce wykonania	Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego dostawa ta została wykonana	Wartość brutto wykonanej dostawy
1	2	3	4	5

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody dotyczące wykonanych dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

**Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie
zamówienia:**

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....
.....

Adres

REGON

NIP

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)

Dotyczy postępowania pn:

Nazwa postępowania	„Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych”
Znak sprawy	N-M.ZP/3/2022

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

- Wykonawca
(nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje następująca dostawę:
.....
- Wykonawca
(nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje następująca dostawę:
.....

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....
.....

Adres

REGON

NIP

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych**” prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o. o. oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)⁷.

⁷ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

.....
(nazwa Wykonawcy, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z 108 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP)
o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na
„Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych”

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1076 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (dotyczy Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia).

WZÓR UMOWY

zawarta dnia roku w Więcborku pomiędzy:

NOVUM -MED Sp. z o.o.

z siedzibą w Więcborku, ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220302

NIP 504-000-89-67 REGON 093213663

reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu – Marię Kielbaśską

zwaną dalej „Zamawiającym „

a

.....

reprezentowaną przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zważywszy, że Zamawiającemu zostały przyznane środki w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku”, nr: RPKP.06.01.01-04-0001/20, **Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną; Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną; Schemat: Inwestycje w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem, strony niniejszej umowy dążąc do należytej realizacji Projektu zawierają umowę poniższej treści.**

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania nr N-M.ZP/3/2022 z dnia roku Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, instalacji i uruchomienia na rzecz Zamawiającego „**Sprzętu i urządzeń medycznych**” – **pakiet** określonego w specyfikacji technicznej, zwanego dalej przedmiotem Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest całkowicie zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym ze złożoną ofertą z dnia....., zwaną dalej ofertą.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia są kompletne, zdadne i dopuszczone do użytku na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz posiada paszport techniczny.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe, są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń.
5. Wykonawca oświadcza, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich, w szczególności organów uprawnionych do kontroli, zgodności tego urządzenia z normami określonymi w przepisach prawa.

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa sprzętu i urządzeń do siedziby Zamawiającego, jak i jego uruchomienie nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez obie Strony:
 - 1) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, o ile dostawa będzie wolna od wad ilościowych i jakościowych tj. po stwierdzeniu kompletności dostarczonego wyposażenia i sprzętu medycznego i poprawności jego działania,
 - 2) w razie dostawy przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania jego wymiany na pozbawiony wad i zgodny z umową. W miejsce zakwestionowanego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
2. Wykonawca na własny koszt przeszkoli personel **Zamawiającego** z zakresu prawidłowej obsługi, zasad eksploatacji i konserwacji. Szkolenie personelu nastąpi w miejscu docelowego użytkowania urządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i zostanie potwierdzone protokołem szkolenia. W przypadku konieczności wykonania szkoleń dodatkowych wynikających np. ze zmiany personelu Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie przeprowadzić szkolenie.
3. Wraz z dostawą sprzętu i urządzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące tego sprzętu, w tym między innymi kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, certyfikaty poszczególnych urządzeń, paszport techniczny. Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca dostarczy protokół odbioru urządzeń (2 egzemplarze).
4. Wykonawca ma obowiązek założyć paszport techniczny z pełnym opisem urządzenia i czynnościami związanymi z uruchomieniem.
5. W ramach dostawy sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do skonfigurowania i ustawienia urządzenia oraz sprawdzenia działania wszystkich funkcji i elementów.
6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie licencje na oprogramowanie (o ile są wymagane), udzielone Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z wymogami Zamawiającego funkcjonowania przedmiotu umowy, są bezterminowe i udzielone zostały bez prawa wypowiedzenia i cofnięcia.
7. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt stanowiący przedmiot umowy pozbawiony jest wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

W przypadku gdy sprzęt posiada blokady w postaci kodów serwisowych Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia w dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
8. Po montażu przedmiotu dostawy nastąpi jego przekazanie do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
9. Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia sprzętu przechodzi na niego prawo własności.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Za dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Wykonawcy przysługiwają będzie wynagrodzenie wynikające z oferty:
 - a) netto w kwocie zł. (słownie: złotych),
 - b) podatek od towarów i usług VAT zł. (słownie: złotych),
 - c) brutto w kwocie zł. (słownie: złotych).
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności:
 - 1) koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,
 - 2) koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego,
 - 3) koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do daty uruchomienia i podpisania protokołu uruchomienia przez Zamawiającego,
 - 4) koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę,
 - 5) należyte zainstalowanie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu umowy i jego uruchomienie oraz szkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Zamawiającego,
 - 6) koszt wykonania testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia i dokumentów potrzebnych do dopuszczenia urządzenia do użytkowania oraz uzyskania zgód administracyjnych (o ile są wymagane),
 - 7) koszt przeglądów technicznych, w tym użytych części wraz z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji,
 - 8) inne koszty Wykonawcy związane z prawidłowym zrealizowaniem zamówienia.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.1 umowy zostanie zrealizowana w terminie do **60 dni** licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu dostawy (potwierdzonego podpisanym **protokołem zdawczo- odbiorczym**) i otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.
2. W przypadku otrzymania nieprawidłowo wystawionej faktury Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wystawienia korekty.
3. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury, nie wymagającej korekty. W przypadku konieczności wystawienia korekty za dzień otrzymania faktury strony uznają dzień otrzymania prawidłowo wystawionej korekty.
4. Warunkiem dokonania zapłaty w terminie wskazanym w ust.1 będzie dostępność środków finansowych na rachunku bankowym Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach **Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną; Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną; Schemat: Inwestycje w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży.**
5. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków finansowych w ramach Projektu przesunięcie terminu płatności nastąpi o ilość dni opóźnienia w przekazaniu ww. środków.

§ 5

WARUNKI SERWISU i GWARANCJI

1. Na dostarczony przedmiot umowy oraz części zamienne Wykonawca udziela gwarancji na okres, zgodnie ze złożoną ofertą. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do nieodpłatnych konsultacji w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń.
3. Wykonawca oświadcza, że gwarancja, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana na następujących warunkach:
 - 1) w okresie gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, dokona autoryzowanych przeglądów technicznych gwarancyjnych (bez wezwania Zamawiającego) w ilości wymaganej przez producenta, jednak nie mniej niż 1 przegląd rocznie, chyba że obowiązujące przepisy lub zalecenia producenta przewidują większą ilość przeglądów w danym roku. Ostatni przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancyjnym. Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca,
 - 2) w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych na własny koszt,
 - 3) Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe,
 - 4) W przypadku wystąpienia wady, usterki (awarii) Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia wad, usterek (awarii) w dni robocze, w godzinach 8:00 -15:00,
 - 5) Zgłoszenia awarii będą składane drogą elektroniczną lub telefoniczną,
 - 6) W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) sprzętu, reakcja serwisu tj. przyjęcie zgłoszenia i kontakt z użytkownikiem urządzenia w celu wyjaśnienia problemu awarii wyniesie: do 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze,
 - 7) w przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii), wymagającej przyjazdu serwisu, przybycie serwisu do Zamawiającego wyniesie maksymalnie 48 godzin w dni robocze, od zgłoszenia,
 - 8) wady i usterki (awarie) sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane przez serwis na miejscu – w siedzibie Zamawiającego. W przypadku kiedy charakter usterki, wady wymagać będzie wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca/podmiot serwisujący wskazany w ust. 4 ponosi koszty dostarczenia urządzenia do miejsca wykonania naprawy i z powrotem do siedziby Zamawiającego,
 - 9) wady i usterki (awarie) sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do **4 dni roboczych** od dnia zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub z uwagi na złożony charakter wady lub usterki termin usunięcia awarii może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu przybliżony termin usunięcia wady lub usterki jednak nie dłuższy niż **10 dni roboczych** od daty zgłoszenia dokonanej w dniu roboczym,
 - 10) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w pkt 6 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii na koszt Wykonawcy. Koszty za sprzęt zastępczy ponosi Wykonawca.
 - 11) w przypadku odmowy usunięcia awarii lub też nieusunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie awarii i użyczenie zastępczego sprzętu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zastępcze usunięcie awarii nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do zapłaty kar umownych,
 - 12) usunięcie awarii/ usterki przez osobę trzecią w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących z tytułu gwarancji i rękojmi na okres późniejszy, w tym na elementy naprawiane,

13 W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu **przedmiotu umowy**, Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe.

14) czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem pkt. 12,

15) jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł, itp.), przepis stosuje się odpowiednio do części wymienionej,

16) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od podpisania umowy,

17) za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).

4. Wszelkie awarie, usterki sprzętu będącego przedmiotem umowy w okresie gwarancji będą zgłaszane następującemu podmiotowi:

Nazwa:, Adres, Nr telefonu, Adres e-mail

5. Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich ceną.

6. Wykonawca przedstawi wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w Polsce wraz z numerami kontaktowymi i adresami.

7. Wykonawca przedstawi informację dotyczącą czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany tych podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany (zmiana ceny o wysokość wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut).

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika (nie stosowania się użytkownika do dostarczonych instrukcji obsługi).

9. Za działania firm serwisowych działających w imieniu Wykonawcy wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w §5 ust.3 pkt. 6 umowy,

3) za niedostarczenie dokumentów, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

4) za odstąpienie od umowy Zamawiającego lub Wykonawcy, z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy.

2. Niezależnie od nałożonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty z §3 ust.1 niniejszej umowy.

§7

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy; zmiana wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę;

2) dopuszcza się także zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy;

Termin realizacji umowy może ulec przesunięciu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanego zamówienia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP 504-000-89-67).
2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.633) nie może bez zgody podmiotu tworzącego przenieść na osobę trzecią wiarytelności z niniejszej umowy.
4. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
5. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.
6. Do kontaktu z Zamawiającym w sprawach wykonania umowy Wykonawca upoważnia:, tel.
7. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania umowy Zamawiający upoważnia:, tel.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :