

Więcbork, dnia 03 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: N-M.ZP/D/8/2020

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku**. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 756122-N-2020 z dnia 30 listopada 2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.bip.szpital-wiecbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE NR 1

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 5)

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1,2 i 12 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 6)

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu zgodnego z rekomendacjami WHO, ale nie posiadającego jeszcze statusu EUL WHO z zachowaniem wymagań co do swoistości i czułości diagnostycznej potwierdzonych zewnętrznymi badaniami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 6)

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu z brakiem reaktywności krzyżowej względem koronawirusów 229E, NL63 i OC43 zamiast HKU1? Zgodnie z badaniami naukowymi „Częstość występowania poszczególnych gatunków koronawirusów przedstawia się następująco: HCoV-OC43 ≥ HCoV-NL61 > HCoV-HKU1 ≥ HCoV-229E.” Ponadto „Analiza serologiczna wykazała, że praktycznie wszystkie osoby w wieku < 10 lat przeszły zakażenie HCoV-NL61”, a „W przypadku wirusa HKU1 dane są nieco odmienne. U dzieci <10 lat nie wykryto specyficznych przeciwciał, natomiast najwyższy odsetek osób seropozytywnych (21,6%) dotyczy grupy wiekowej 31-40 lat. U osób starszych odsetek ten nie ulega zmianie.” Oznacza to, że testy powinny się charakteryzować brakiem reaktywności krzyżowej w szczególności dla koronawirusa NL63, a nie HKU1.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu
NOVUM-MED Sp. z o.o.

Maria Kiełbasińska
(podpis na oryginale)

Wykonano w 1 egzemplarzu, umieszczono na stronie internetowej.