

**Znak sprawy N-M.ZP/11/2022**

**Zapytania  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy postępowania na: „Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku”**

Identyfikator (ID) postępowania: **2c9d1738-8015-446a-81a5-8677da9c051f**

**Pytanie nr 1: (pakiet 4 poz.1)**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zmiany opatrunku w opakowaniu handlowym po 56 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań do pełnych opakowań w górę tj. 5 opakowań – pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2: (pakiet 3 poz.1)**

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną samoprzylepną 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 100 cm?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3: (pakiet 3 poz.1 i 2)**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki 150x190cm wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocnioną hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4: (pakiet 3 poz.2)**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5: (pakiet 3 poz.2)**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6: (pakiet 3 poz.2)**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i

gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7: (pakiet 1 poz.20)**

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową jałową 13-nitkową 1m<sup>2</sup>, masa powierzchniowa powyżej 17g/m<sup>2</sup>, 100% bawełny, bielona metodą bezchlorową - zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie poniżej 0,19%, zawartość substancji rozpuszczalnych w eterze poniżej 0,27%?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8: (pakiet 1 poz.104)**

Czy w zestawie do laparotomii Zamawiający dopuści serwetę 200x170cm z łata chłonną min. 37x70cm i przylepcem – 1 szt. w zamian za serwetę 180x170 z łata chłonną min. 37x70cm i przylepcem – 1 szt.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9: (umowa)**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy na:

*1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

- 1) w przypadku braku możliwości dostarczenia towaru z winy Wykonawcy – w wysokości 1,0% wartości nie dostarczonego towaru,*
- 2) w przypadku opóźnienia dostawy – 0,5% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**