

Znak sprawy N-M.ZP/9/2022

**Zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania na: „Usługa dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z usługą transportu dla NOVUM-MED Sp. z o. o.”

Identyfikator (ID) postępowania: **7a7795e1-2657-4e07-9fb1-e3877a5c5997**

Pytanie nr 1:

Zamawiający w modyfikacji zał. nr 2 umieścił pozycję :

Sterylizacja wysokotemperaturowa : *sterylizacja parowa bielizna 1/4 STE- wyroby niemedyczne*

Jaki asortyment do sterylizacji (jaki rodzaj bielizny) ma na myśli Zamawiający ?

Odp. Asortyment do sterylizacji: podkład bawełniany, prześcieradło bawełniane, bielizna dla noworodka.