N-M.ZP/D/5/2017 Więcbork 08.11.2017r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla NOVUM-MED. Sp. z o.o. Więcborku. Nr sprawy N-M.ZP/D/5/2017

W związku z otrzymaniem pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu udzielamy następujących wyjaśnień :

PAKIET 1

Pytanie 1: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź : NIE

Pytanie 2: poz. 5 - Proszę o dodanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję w celu doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwa placówce.

Odpowiedź : BRAUN Infusomat/MEDIMA/Kwapisz/Viltechmeda

Pytanie 3 : Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 6-8?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 : poz. 6 Czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą?

Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 5 : Poz. 6-7 Czy zamawiający dopuści strzykawkę skala co 2 ml ?

Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

PAKIET 2

Pytanie 1- poz. 3 : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do znieczuleń Pencil Point 25,26,27 G o długości 88mm?

Odpowiedź : NIE

Pytanie 2 : poz. 1-2 Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź : NIE

PAKIET 3

Pytanie 1 : Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z zadania nr 3, pozycję nr 6 i stworzyć z niej oddzielny pakiet ?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 : Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści: Kaniule do wlewów dożylnych wykonane z poliuretanu, z 3 dobrze widocznymi paskami RTG, z portem iniekcyjnym , w następujących rozmiarach:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min ?

Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 : Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy lub logo producenta na kaniuli, ponieważ w momencie incydentu medycznego ,,wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy'', tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 : poz. 1-3 Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z przyrządami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 5 : poz. 1-3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 6 : poz. 1 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 7 : poz. 2 Bardzo proszę o dopuszczenie worka do osłony przed światłem w kolorze żółtym, o rozmiarze 21cm x 30 cm. Proszę o przyjęcie min. granicy błędu +/- 1 cm. Przyjęcie tak wyśrubowanych rozmiarów co do milimetra (bez uwzględnienia granicy błędu), może świadczyć o produkcie jednego producenta, a tym samym spowodować zablokowania innych producentów worków.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 8 : poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd w workiem osobno dołączonym do przyrządu? Nie ma konieczności, aby worek był zapakowany w jednym opakowaniu, gdyż i tak jest nakładany na niesterylną butelkę.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 9 : poz. 3 Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10 : poz. 6 Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na kaniuli, gdyż nie ma to uzasadnionego zastosowania. W przypadku zaistnienia incydentu medycznego „wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy''.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 11 : poz. 6 Proszę o dopuszczenie kaniuli z 2 paskami radiocieniującymi.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 12 : poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	**Rozmiar cewnika w mm**	**Przepływ ml/min**
16 G	1,70 x 45	180
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33
24 G	0,70 x 19	13

Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 13 : poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarach:

Rozmiar (GAUGE)	**Rozmiar w mm**	**Przepływ w ml/min**
16 G	1,7 x 45	196
18 G	1,3 x 45 1,3 x 33	90 103
20 G	1,1 x 33 1,1 x 25	61 65
22 G	0,9 x 25	36
24 G	0,7 x 19	22

Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ
Pytanie 14 : poz. 6 Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 15 : poz. 7-11 Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 16 : poz. 11 Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla portu i kaniul. Każdy sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 594-1, zapewnia szczelność połączeń bez względu na jego producenta, w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, natomiast bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, przez co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 17: Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie ?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 18 : poz. 1**:** Czy Zamawiajacy dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5cm,z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia ,sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 : Czy zamawiający w poz. 1 dopuści przyrząd BEZ uchwytu na dren na zaciskaczu rolkowym?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 20 : Czy zamawiający w poz. 1 dopuści przyrząd bez nazwy producenta na przyrządzie z uwagi na fakt że nie jest to parametr użytkowy a etykieta na opakowaniu dostarcza wszystkich danych niezbędnych do identyfikacji ?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 21 : Czy zamawiający w poz. 1 dopuści przyrząd z komorą wykonaną z PCV o dł.5,5 cm w części przezroczystej?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 22 : Czy zamawiający w poz. 1 dopuści przyrząd z igłą biorczą wykonaną z ABS?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 23 : Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 11?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 24 : czy zamawiający dopuści koreczki do kaniul innego producenta niż kaniule?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

PAKIET 4

Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuści: Kaniule do wlewów dożylnych dla noworodków, wykonane z teflonu, bez portu bocznego, bez lateksu, bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli, rozmiary:
• 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
• 26G (0,64) – dł. 19mm, przepływ 19ml/min ?

Odpowiedź : **NIE, zgodnie z SIWZ**

Pytanie 2 : poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP lub PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

PAKIET 5

Pytanie 1 : poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści rurki w opakowaniu bez punktowych zgrzewów?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 2 : poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z termoplastycznego PCV o zwiększonym poślizgu, bez zawartości silikonu?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 3 : poz. 13-14 Czy Zamawiający dopuści łyżki w całości metalowe?
Odpowiedź : TAK

PAKIET 6

Pytanie 1 : poz. 1 – 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane w opakowania podwójne: zew. Folia, wewn. Papier/ folia?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 2 : poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające nieprzezroczysty konektor?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 3 : poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające otwory boczne naprzemianległe?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 4 : poz. 6 Czy Zamawiający odstąpi od powierzchni i zmatowionej i posiadania przez zgłębniki zatyczek?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 5 : poz. 12 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 800 mm?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 6 : poz. 13 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 1700 mm?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 7 : poz. 24 Czy Zamawiający dopuści woreczki pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe?
Odpowiedź : TAK

PAKIET 7

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycji 5 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).
Odpowiedź : NIE

Pytanie 2 : Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 7 pozycji 5, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź : NIE

Pytanie 3 : pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na próbki do badań histopatologicznych o pojemności 20 ml?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 4 ; pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na próbki do badań histopatologicznych o pojemności 50 ml?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 5 : pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na próbki do badań histopatologicznych o pojemności 100 ml?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 6 : pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na próbki do badań histopatologicznych o pojemności 2300 ml?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 7 : pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na próbki do badań histopatologicznych o pojemności 3000 ml?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 8 : pozycja 5-12 – Czy Zamawiający oczekuje pojemników do badań histopatologicznych dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 9 : pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z tworzywa w całości różowe lub niebieskie nieprzeźroczyste, o długości 16 cm (+/- 3 cm), pakowane po 100 sztuk, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 10 : pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych pakowane po 100 sztuk, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 11 : pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leków i płynów posiadający zatyczkę w kolorze zielonym zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie, bez funkcji samo domykania się, spełniający pozostałe parametry?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 12 : pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leków i płynów posiadający wbudowany filtr przeciwbakteryjny 0,2 mikrona oraz bezigłowy port w kolorze niebeskim do strzykawek luer i luer-lock?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 13 : pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny wykonany z medycznego ABS?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 14 : pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości całkowitej 55 mm (+/- 5 mm) i szerokości 11 mm (+/- 3 mm)?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 15 : pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści ostrza do skalpeli z nazwą producenta zamieszczoną na opakowaniu?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 16 : pozycja 22 – Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny wyposażonego w plastikowy okrągły uchwyt posiadający specjalne otwory umożliwiające zamknięcie worka po jego użyciu?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 17 : pozycja 22 – Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 18 : pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200 ml?

Odpowiedź : TAK

Pytanie 19 : pozycja 38 – Czy Zamawiający dopuści kołnierze szyjne sztywne regulowane w dwóch rozmiarach : dla dzieci i dla dorosłych?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 20 : Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1-4?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 21 : poz. 13 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla niemowląt niebieskie i różowe, zapinane na zatrzask, z kartonikiem na wpisanie danych, z otworami umożliwiającymi regulację, w opakowaniu 100 szt, długość 17 cm (wskazane przez zamawiającego opaski nie są produkowane już przez zakład produkcyjny karasiński)?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 22 : poz. 14 Czy zamawiający dopuści opaski niesterylne w opak. 100 szt?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 23 : poz. 17 Czy zamawiający dopuści sterylny?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 25 : poz. 19 Czy zamawiający dopuści ostrza bez nazwy producenta na ostrzu nie jest to cecha użytkowa?
Odpowiedź : NIE, zgodnie z SIWZ

PAKIET 8

Pytanie 1 : Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1,2,3 probówek z EDTA K2 lub K3, o objętości pobrania wskazanej przez Zamawiającego, z korkiem w kolorze fioletowym.
Odpowiedź : DOPUSZCZAMY

Pytanie 2 : Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7 probówek do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, o objętości pobrania wskazanej przez Zamawiającego z korkiem w kolorze niebieskim.
Odpowiedź : DOPUSZCZAMY

Pytanie 3 : Czy Zamawiający wymaga dostarczenia probówek zapewniających bezpieczeństwo pracy użytkownika poprzez łatwe gwintowe otwieranie i bezpieczne gwintowe zamykanie probówek, bez efektu aerozolowego .
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 4 : Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w poz. 4 i 6 probówek biochemicznych z czasem wykrzepiania do 30 min, potwierdzone oświadczeniem producenta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym badań wykonywanych w trybie pilnym , rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Laboratoryjnej badania CITO muszą być wykonane i wyniki dostarczone do godziny od momentu pobrania. Uwzględniając czas wirowania probówek i czas wykonywania analizy jedynie probówki z czasem wykrzepiania do 30 min umożliwiają Zamawiającemu pracę zgodnie z ww wytycznymi.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 5 : Czy Zamawiający wymaga dostarczenia probówek finalnie sterylizowanych czystych bakteriologicznie, z ostatecznie uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylnie (10-6; SAL≥6).
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 6 : Czy Zamawiający wymaga aby probówki były dostarczane w statywach jednorazowego użytku umożliwiające pionowe przechowywanie probówek.
Odpowiedź : TAK

Pytanie 7 : Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie probówki posiadały na etykiecie znacznik prawidłowego napełnienia probówki.
Odpowiedź : TAK

Pytanie 8 : Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta, tym samym gwarantując pełną kompatybilność i bezpieczeństwo pracy.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 9 : Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowane igły z poz. 10 mają być kompatybilne z oferowanymi uchwytami w poz. 9.
Odpowiedź : TAK mają być kompatybilne z uchwytem w poz. 9

Pytanie 10 : Czy Zamawiający w przypadku probówek do koagulologii (poz. 7) ma na myśli probówki o podwójnych ściankach, zapobiegających wyparowywaniu odczynnika i gwarantujących zachowanie pobrania prawidłowej ilości krwi w stosunku do ilości odczynnika znajdującego się wewnątrz probówki.
Odpowiedź : TAK

Pytanie 11 : Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie probówek w poz. 2, 7 z datą przydatności do użycia min. 9 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego. Krótsza data przydatności wynika z małej objętości pobrania ww probówek i gwarancji zachowania prawidłowej ilości pobranej krwi do odczynnika znajdującego się wewnątrz probówki.
Odpowiedź : TAK

Pytanie 12 : Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc w poz. 10 „Igła do pobierania krwi 0,8mmx38 mm z przejrzystym konektorem…" ma na myśli igły z okienkiem wizualizacyjnym do 5 mm umożliwiającym weryfikację prawidłowego wkłucia, za pomocą niewielkiej ilości krwi pojawiającej się w okienku, jednocześnie niwelując ryzyko cofania krwi z igły po wykłuciu.
Odpowiedź : TAK

Pytanie 13 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany kursu euro jeżeli kurs będzie odbiegał o 10% od kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia zawarcia umowy (kurs euro z dnia zawarcia umowy w wysokości……..)
Odpowiedź : NIE

PAKIET 9

Pytanie 1 : pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 2: poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 3 : Poz. 2 Czy zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 4 : pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch przezroczysty?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 5 : poz. 5 Czy zamawiający dopuści fartuch zakończonym bawełnianym mankietem ze ściągaczem?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 6 : poz. 8 Czy zamawiający dopuści spodenki o gram. 30 g/m2?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 7 : pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 80m z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek w górę?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 8 : pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści podkład składany w kostkę w pudełku po 80 listków, pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 9: poz 14 Czy zamawiający dopuści serwety stomatologiczne 33x48 rolka 40 listków z przeliczeniem?
Odpowiedź : TAK

PAKIET 10

Pytanie 1 : poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź : TAK, ale do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 2 : poz. 4 Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod wykonanych z włókniny, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź : TAK

Pytanie 3 : poz. 9 Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru Mitsubishi czy dopuszcza również zamiennik papieru oryginalnego, papier kompatybilny K61B?

Odpowiedź : Dopuszczamy zamiennik

Pytanie 4 : poz. 14 Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?
Odpowiedź : Papier gładki

Pytanie 5 : poz. 14 Jeśli Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru gładkiego prosimy wówczas o dopuszczenie papieru o rozmiarze 110 x 7 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 29 rolek.
Odpowiedź : TAK

Pytanie 6 : poz. 16 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru defibrylatora Lifepak 20 o rozmiarze 50mm x 30 metrów.
Odpowiedź : TAK

PAKIET 11

Pytanie 1 : Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu **pozycji 1, 7, 8, 9** i **10** z **Pakietu nr 11** ?

Odpowiedź : NIE

Pytanie 2 : Czy Zamawiający **w pozycji 8** dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G, zestaw zawiera: igłę Tuohy kodowaną kolorem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami"; cewnik z trzema otworami bocznymi 90cm; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm na 96h; strzykawka niskooporowa 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika; zatrzaskowe mocowanie cewnika z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, niskoprofilowy (wysokość do 5mm); prowadnik; etykieta identyfikacyjna cewnika ZO?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 3 : Czy Zamawiający **w pozycji 9**, ze względu na zmianę w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści zestaw wielokomorowy do aktywnego i grawitacyjnego drenażu opłucnej z komorą o pojemności 2100ml, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź : TAK

PAKIET 12

Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 strzykawkę do pobrań krwi tętniczej i żylnej o poj. 3 ml. z heparyną litową zbalansowana wapniem, o poj. 3 mL, Luer, o zalecanej objętości pobrania 1,6 ml. . Strzykawka z zawartością heparyny 80 IU ,napylona heparyna sucha liofilizowana i zbalansowana elektrolitami. Umożliwiająca pomiar parametrów pH, pCO2, pO2, ctHB, SO2, FO2Hb, FmetHb, elektrolitów cNa+, cK, cC2+ i metabolitów Glu i Lac z jednej próbki krwi, podziałka z dokładnością do 0,l ml.

Odpowiedź : NIE

PAKIET 14

Pytanie 1 : poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki.
Odpowiedź : NIE

Pytanie 2 : poz. 2 Czy Zamawiający dopuści stolik Mayo w rozm. 80 x 145 cm?
Odpowiedź : NIE

Pytanie 3 : poz. 3 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozm. 13 x 250 cm?
Odpowiedź : NIE

Pytanie 4 : poz. 3: Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozm. 15 x 250 cm?
Odpowiedź : NIE
Pytanie 5 : pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem wewnętrznym z papieru krepowego – pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź : TAK

Pytanie 6 : pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 16x250cm?
Odpowiedź : TAK

Do treści SIWZ

Pytanie 1 : pkt 9.3.1 Zwracam się z prośba o dopuszczenie możliwości przedłożenia oświadczenia o posiadaniu właściwych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., z jednoczesna klauzulą dostarczenia ich na każde żądanie Zamawiającego. Dzięki temu oferta zyska na przejrzystości, jednocześnie spełniając wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

UMOWA
Projekt umowy – par. 1 ust. 5
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Projekt umowy – par. 3 ust. 3
Prosimy o wykreślenie ust. 3 z par. 3 projektu umowy. Proponowany zapis umowny jest jawnym obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Projekt umowy – par. 7 pkt. 2.3)
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 2.3) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto umowy .” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

,

NOVUM-MED Sp. z o.o.
REGON 093213663
NIP 504 000 89 67
tel. 52 3896 231
fax 52 3897 263
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26
e- mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
www.bip.szpital-wiecbork.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000220302
Kapitał zakładowy 1 540 000,00 PLN