

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę na zakup i dostawę laboratoryjnych odczynników i materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku *Nr sprawy: N-M.ZP/D/ 9 /2014*

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza zapytania oraz odpowiedzi :

Pakiet nr2

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dopuści możliwość złożenia oferty z analizatorem wykonującym pomiary w pełni automatycznie, wymagającym kalibracji jedynie przy zmianie kolumny, którą należy wykonać co 2 500 pomiarów ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza złożenie takiej oferty.