

**SZPITAL POWIATOWY IM. DR ADAMA GACY I DR
JÓZEFA ŁASKIEGO**



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku
prowadzony przez

NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku
89 – 410 Więcbork ul. Mickiewicza 26

N-M.ZP/D/3/2016

Więcbork 01.08.2016r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę produktów leczniczych dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku. Nr sprawy N-M.ZP/D/3/2016

W związku z otrzymaniem pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu udzielamy następujących wyjaśnień :

PAKIET 18

Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 18 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 i 12 z pakietu zbiorczego stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 : Czy dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 13%(1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odpowiedź : TAK, jeżeli produkt jest kompatybilny z urządzeniem nerkozastępczym użytkowanym przez Zamawiającego.

REGON 093213663
tel. 052 3896 231
fax 052 3897 263

NIP 504 000 89 67
e-mail: szpitalwiecbork@post.pl
www.szpital-wiecbork.p

KRS 0000220302