

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych w pakietach dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku, nr sprawy: N-M.ZP/D/11/2015

W związku z otrzymaniem pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu udzielamy następujących wyjaśnień :

**PAKIET 1****Pytanie 1- poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP= teflon, PTFE też =teflon. Kaniula posiada dodatkowy otwór w igle, co pozwala natychmiast stwierdzić poprawność wkłucia poprzez pojawienie się krwi między igłą a cewnikiem bez konieczności wycofania igły. Ponad to igła posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci filigranowego, polimerowego zabezpieczenia igły po użyciu, przepływ 15 ml/min (G26), oraz rozm G24 przepływ 22ml/min.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2- poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP= teflon, PTFE też =teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 3- poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PUR (poliuretan). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ**

**PAKIET 2**

**Pytanie 1– poz. 2** Czy Zamawiający dopuści probówki o objętości pobrania 1-2 ml?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 – poz. 5** Czy Zamawiający ma na myśli probówkę o pojemność 1,8 ml krwi z 3,2 % cytrynianem sodu (korek jasnoniebieski) z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml i o podwójnych ściankach, zapobiegających wysychaniu odczynnika w niesprzyjających warunkach atmosferycznych?

**Odpowiedź : TAK**

**Pytanie 3 - poz. 8** Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści igły z wizualizacją pobrania o rozmiarze 0,7 oraz 0,8 o długości 1,5” (38mm)? Igła z wizualizacją służy do trudnych pobrań i występuje na rynku w rozmiarach 0.7 i 0.8.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 – poz. 8** Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania krwi w rozmiarze 0,8 mm i 0,7 mm ponieważ obecnie na rynku żaden producent systemów zamkniętych nie posiada w swej ofercie igły z przezroczystym konektorem w rozmiarze 0,9 mm?

**Odpowiedź : TAK w rozmiarze 0,8mm.**

**Pytanie 5 – poz. 8** Czy Zamawiający ma na myśl igły w których przezroczyste okienko umożliwiające kontrolę prawidłowego umiejscowienia igły w żyłę na długość co najmniej 1 cm ?

**Odpowiedź : TAK**

**Pytanie 6** - Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie próbówki były wykonane z nietłukącego się tworzywa ?

**Odpowiedź : TAK**

**Pytanie 7** - Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie próbówki miały etykiety ze znacznikiem prawidłowego napełnienia próbówki w celu zachowania prawidłowej proporcji odczynnik: krew?

**Odpowiedź : TAK**

**Pytanie 8** - Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu do pobierania krwi pochodziły od jednego producenta w celu gwarancji bezawaryjnej pracy?

**Odpowiedź : NIE, Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był kompatybilny.**

**Pytanie 9** - Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego w tym uchwyty jednorazowe były oznakowane nazwą lub logo producenta?. Czy jednorazowość uchwytów ma być potwierdzona odpowiednim napisem „do jednorazowego użytku” na samym uchwycie w języku polskim lub angielskim?

**Odpowiedź : NIE wymaga.**

**Pytanie 10** - Czy Zamawiający potwierdza, że zarówno sama sterylność próbek jak i oznakowanie sterylności próbek mają być zgodne z Polską Normą PN-EN 14820 w sprawie Pojemników jednorazowego użytku do pobierania krwi żyłnej?

Dlatego, czy Zamawiający wymaga by próbówki zaoferowane w pakiecie 8 były sterylne R ( gdzie prawdopodobieństwo przeżycia jednej komórki mikroorganizmu równe lub mniejsze  $10^{-6}$  ) ?

**Odpowiedź : TAK wymaga.**

**Pytanie nr 11** - Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowych każdego wyrobu znajdowała się nazwa i/lub numer katalogowy wyrobu ,nazwa producenta ,oznaczenie CE by móc umożliwić identyfikację do tabeli asortymentowej?

**Odpowiedź : TAK wymaga.**

### **Pytania dotyczące treści SIWZ – dotyczy pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ**

### **Pytania dotyczące projektu umowy:**

#### **Dotyczy §2 ust. 5**

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu z: „60%” na zapis: „80%”?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy §2 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust. 5 umowy na poniższy : „ Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy „.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy §7 ust. 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy §7 ust. 5)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ**

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 52 3897 263, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.**