

Więcbork, 09.09.2020 r.

Dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę ssaka mobilnego , N-M.II.056/45/2020**

W związku z otrzymaniem pytań do zapytania w w/w postępowaniu udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanej firmy o wydajności min. 37 L/min. (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2.

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanej firmy wyposażony w bezolejową membranową, bezobsługową pompę próżniową?

Odpowiedź: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 3.

Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanej firmy wyposażony w funkcję precyzyjnego ustawiania podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4.

Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanej firmy wyposażony w zbiornik zabezpieczający o pojemności 0,2-0,3 L?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5.

Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanej firmy o bardzo niskim poziomie hałasu (max 39,4 dB)?

Odpowiedź: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 6.

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanej firmy wyposażony w zbiornik 2,0 L wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu?

Odpowiedź: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 7.

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanej firmy o poborze mocy max. 110 VA?


Odpowiedź: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 8.

Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanej firmy o masie z bardzo stabilny wózkiem 21 kg?

Odpowiedź: zgodnie z zapytaniem ofertowym.


Prezes Zarządu
IOVUM-MED Sp. z o.o.
Maria Kiebasinska